

# CT-7000 S3

## ANALIZADOR DIGITAL DE INTERRUPTORES

### MANUAL DEL USUARIO



**Vanguard Instruments Company, Inc.**

1520 S. Hellman Ave.

Ontario, California 91761, USA

TEL: (909) 923-9390  
FAX: (909) 923-9391

Junio 2014  
Revisión 1.1

## RESUMEN DE SEGURIDAD

### SIGA LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Cualquier desviación de los procedimientos descritos en este manual puede generar uno o más peligros, puede dañar el equipo, dañar el instrumento CT-7000 S3, o causar errores en los resultados del ensayo. Vanguard Instruments Company, Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso inseguro o inapropiado del CT-7000 S3.

Todas las precauciones de seguridad provistas por este manual deben ser observadas durante todas las etapas del ensayo, incluyendo su preparación, conexión de cables y desconexión.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El CT-7000 S3 debe ser utilizado únicamente por **personal capacitado**. Todos los equipos bajo ensayo deben estar **desenergizados y totalmente aislados**. Solo realice pruebas y ensayos en presencia de otra persona capaz de auxiliarlo en caso de accidentes.

### NO REALICE MODIFICACIONES EN EL EQUIPO

Para evitar el riesgo de generar peligros adicionales y desconocidos, no instale partes sustitutas o realice ninguna modificación no autorizada en el equipo. Para asegurarse de que se mantengan todos los requisitos de seguridad, se recomienda que las reparaciones sean realizadas por personal de Vanguard Instruments Company o por un servicio de reparación autorizado. Modificaciones no autorizadas pueden causar peligros en la seguridad y anulará la garantía del fabricante.

### ADVERTENCIA

No remueva ningún cable durante el ensayo. La omisión de esta advertencia puede resultar en una descarga eléctrica al personal y dañar el equipo.

## TABLA DE CONTENIDO

CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO .....	1
1.0 INTRODUCCION.....	2
1.1 Descripción General y Características.....	2
1.2 Modos de Operación .....	4
1.3 Especificaciones Técnicas .....	5
1.4 Controles e Indicadores de CT-7000 S3 .....	6
2.0 AJUSTES PREVIO AL ENSAYO.....	8
2.1 Control de Contraste de LCD .....	8
2.2 Control del Papel de la Impresora .....	8
2.3 Papel de la Impresora .....	8
2.4 Reemplazo del Papel de la Impresora .....	9
3.0 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN.....	10
3.1 Conexión de Cables.....	10
3.1.1. Conexión de Cables para contactos principales.....	10
3.1.2. Conexión de Cables de Disparo .....	12
3.1.3. Conexión para Medición “En línea” .....	14
3.1.4. Conexión con Doble Tierra .....	16
3.1.5. Conexión para Monitoreo de Tensión Analógica y Digital .....	17
3.1.6. Conexión de Entrada de Disparo Externo .....	18
3.1.7. Conexión de Transductores Digitales de Movimiento .....	19
3.1.8. Conexión de Transductores de Tipo Resistivo. ....	20
3.2 Cambiando los Parámetros de Ajuste.....	21
3.2.1. Ingresando el Encabezado de un Registro .....	21
3.2.2. Configurando el Reloj Interno .....	24
3.2.3. Configuración de Impresión Manual o Automática de Resultados .....	25
3.2.4. Ajuste de Unidades de Medición .....	26
3.2.5. Ajustando los Puntos de Análisis para APERTURA .....	28
3.2.6. Configuración del ancho de pulso .....	32
3.2.7. Ajuste de Frecuencia para la lectura de Ciclos.....	34
3.2.8. Configuración de Ajuste de Canales de Medición.....	37
3.2.9. Configuración del Filtro de contactos .....	39
3.2.10. Configuración de Filtro de Transductor de Movimiento.....	41
3.2.11. Configuración del Transductor Rotacional Digital.....	43
3.2.12. Configuración de Ajuste de Transductor de Tipo Resistivo .....	45
3.3 Realizando la Medición de Tiempos de un Interruptor .....	53
3.3.1. Medición de Tiempo de APERTURA .....	54
3.3.2. Midiendo una operación de CIERRE-APERTURA con Canal #1 .....	57
3.3.3. Midiendo una operación APERTURA-CIERRE-APERTURA .....	61
3.3.5. Impresión y Visualización de Resultados de Ensayos .....	70
3.4 Trabajando con los Registros de Ensayos .....	80
3.4.1. Guardando los Registros en la Memoria Interna .....	80
3.4.2. Imprimiendo el Directorio de Ensayos de la Memoria Interna.....	81

3.4.3.	Imprimiendo el Directorio de Ensayos de la Memoria Externa USB.....	83
3.4.4.	Recuperando un Registro de Ensayo de la Memoria Interna .....	84
3.4.5.	Recuperando un Registro de Ensayo de la Memoria Externa USB .....	86
3.4.6.	Copiando los Registros a una Memoria Externa USB.....	88
3.4.7.	Borrando un Registro de Ensayo de la Memoria Interna.....	90
3.4.8.	Borrando un Registro de Ensayo de la Memoria Externa USB.....	93
3.5	Trabajando con Planes de Ensayo .....	96
3.5.1.	Recuperando un Plan de ensayos para su uso.....	96
3.5.2.	Imprimiendo el Directorio de Planes de Ensayos de la Memoria Interna. ....	99
3.5.3.	Imprimiendo el Directorio de Planes de Ensayo de la Memoria Externa USB.....	101
3.5.4.	Imprimiendo un Plan de Ensayos de la Memoria Interna.....	103
3.5.5.	Imprimiendo un Plan de Ensayos de la Memoria Externa USB.....	105
3.5.6.	Copiando los Planes de Ensayo a una Memoria Externa USB.....	107
4.0	DIAGNOSTICOS, VERIFICACIONES Y RESOL DE PROBLEMAS .....	112
4.1	Realizando un Ensayo de Cierre Lento .....	112
4.2	Realizando una Verificación del Transductor de Movimiento .....	114
4.3	Verificación de Estado de los Cable de Conexión .....	116
4.4	Imprimiendo Información Ensayos sin Procesar (diagnóstico de fábrica). ....	118
4.5	GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS .....	120
5.0	APENDICE .....	122
5.1	APENDICE A – Reporte de Ensayo de Interruptor ITE Modelo 14.4K .....	122
5.2	APENDICE B – Cálculo de Velocidad de CIERRE Interruptor Siemens TCP .....	127
5.3	APENDICE C – Cálculo de Velocidad APERTURA Interruptor Siemens SPS2.....	128
5.4	APENDICE D – Plan de Ensayos CT-7000 S3 para Int Siemens SPS2 .....	129
5.5	APENDICE E – Ilustraciones de Transductores de movimiento CT-7000 S3 .....	130
5.6	APENDICE F – Accesorios para CT-7000 S3.....	133

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Especificaciones Técnicas CT-7000 S3.....	5
Tabla 2.	Descripción de Controles e Indicadores del CT-7000 S3.....	7
Tabla 3.	Descripción Elementos de un Resultado Tabulado.....	73



## LISTA DE FIGURAS


Figura 1. Controles e Indicadores del CT-7000 S3 .....	6
Figura 2. Conexión Típica para un Interruptor de 3 Fases .....	10
Figura 3. Conexión Típica para un Interruptor con Contactos en Serie .....	11
Figura 4. Conexión de Cables de Disparo de Apertura y de Cierre en CC .....	12
Figura 5. Conexión de Cables de Disparo de Apertura en CC y de Cierre en AC .....	13
Figura 6. Juego de Sensores para medición “En línea” (Pieza N°.9021-OT) .....	15
Figura 7. Conexión para medición Opcional “En Línea” .....	15
Figura 8. Conexión para medición Opcional con Modo Doble Tierra.....	16
Figura 9. Conexión de Canales Analógicos y Digitales para Monitoreo de Tensión.....	17
Figura 10. Conexión de cable de Disparo Externo .....	18
Figura 11. Conexión de Transductor Digital de Movimiento.....	19
Figura 12. Conexión típica de un Transductor de Tipo Resistivo.....	20
Figura 13. Informe de resultados donde se muestran los Anchos de Pulso .....	34
Figura 14. Impresión de los Ancho de Pulso.....	34
Figura 15. Reporte Tabulado de Ensayos a 50 Hz.....	36
Figura 16. Reporte Tabulado de Ensayos a 60 Hz.....	36
Figura 17. Ajuste de Filtro de Contactos.....	40
Figura 18. Ejemplo de un directorio de ajustes de transductores de tipo resistivo.....	51
Figura 19. Ejemplo De Reporte De Ensayos Utilizando Un Transductor De Tipo Resistivo.....	52
Figura 20. Impresión de Resultado Gráfico típico de Ensayo A-C-A.....	66
Figura 21. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo A-C-A.....	67
Figura 22. Impresión de Resultado Gráfico típico de Ensayo “En Servicio” .....	68
Figura 23. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo “En Servicio” .....	69
Figura 24. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo CIERRE .....	72
Figura 25. Impresión de Resultado Gráfico típico de Ensayo “CIERRE” .....	74
Figura 26. Sección de Grafico de Resultado Oms a 200ms para Ensayo CIERRE .....	75
Figura 27. Impresión típica de Gráfico A-C-A.....	76
Figura 28. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo A-C-A.....	77
Figura 29. Interpretación Gráfica de un Ensayo de APERTURA.....	78
Figura 30. Interpretación Gráfica de un Ensayo de CIERRE .....	78
Figura 31. Interpretación Gráfica de un Ensayo de APERTURA-CIERRE y CIERRE-APERTURA .....	79
Figura 32. Impresión Típica de Directorio de Ensayos.....	82
Figura 33. Impresión típica de resultado de ensayos con Indicaciones de PASA-FALLA.....	98
Figura 34. Impresión típica del Directorio de Planes de Ensayo .....	100
Figura 35. Impresión Típica de un Plan de Ensayo de interruptor .....	109
Figura 36. Ilustración de Tiempo de CIERRE – Int Siemens SPS2 121.....	110
Figura 37. Ilustración de Tiempo de APERTURA – Int Siemens SPS2 121.....	111
Figura 38. Impresión típica de Resultados de Ensayo de CIERRE LENTO .....	113
Figura 39. Impresión parcial de Datos Crudos.....	119

## CT-7000 S3


### CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO

Este documento utiliza los siguientes términos:

- Las teclas o perillas del CT-7000 S3 se indican como **[TECLA]**.
- Las opciones del menú se referencia como (OPCIONES DE MENU).
- Los nombres de pantalla y menú se referencia como “NOMBRES DE PANTALLAS /MENU”.
- Los términos “Registro de Ensayo” y “Resultados” se usan de la misma forma.
- La pantalla de LCD del CT-7000 S3 se muestra como:



- Cuando se den instrucciones, el ítem del menú que deberá ser seleccionado aparecerá resaltado (en este ejemplo la opción 5 debería ser seleccionada):



- Los mensajes de advertencia se indican de la siguiente forma:



- Las notas importantes se indican de la siguiente forma:



## 1.0 INTRODUCCION

### 1.1 Descripción General y Características

El CT-7000 S3 es la cuarta generación de analizadores de Interruptores de EAT de Vanguard. Está disponible con 3 o 6 canales de medición de tiempos de contactos (Numero de Parte 9021-UC o 9000UC respectivamente). Puede analizar completamente el funcionamiento de un interruptor mediante la medición de tiempos de actuación de los contactos principales y de resistencia, recorrido, velocidad, sobre-carrera, retroceso e inserción de contactos. Ambos análisis (tiempo y movimiento) pueden realizarse en todas las operaciones del interruptor (APERTURA, CIERRE, APERTURA-CIERRE, CIERRE-APERTURA y APERTURA-CIERRE-APERTURA). Puede relacionarse la ventana de medición de tiempos del CT-7000 S3 entre 1 segundo, 10 segundos, o 20 segundos.

Tabla Canales de medición de Tiempos de Contactos Los canales de medición de tiempos de actuación de contactos secos (hasta 6 canales) se utilizan para medir el tiempo de los contactos principales. Cada canal es capaz de detectar el tiempo de contacto principal y de resistor de inserción. Los resultados se muestran en milisegundos y en ciclos.

#### Movimiento y Velocidad de Contactos

El CT-7000 S3 posee tres canales digitales dedicados para transductores de desplazamiento para la medición de recorrido, velocidad, sobre-carrera, retroceso e inserción de contactos. Cuando se utilizan transductores digitales de Vanguard, no es necesario realizar ninguna calibración o ajustes de los sensores. La velocidad de los contactos del interruptor se calcula en base a la distancia de movimiento en un período de tiempo. EL CT-7000 S3 también posee fórmulas especiales para calcular la velocidad. Posee la característica de ensayo de CIERRE-LENTO para obtener un reporte de ensayo.

#### Entradas para Transductores del Tipo Resistivo

EL CT-7000 S3 ofrece 3 canales para transductores del tipo resistivos. Estos canales de entrada pueden trabajar con cualquier transductor de movimiento del tipo resistivo para monitorear el movimiento del interruptor. El rango de resistencia de los transductores es de 200 Ohms a 10K Ohms. Canales para Monitoreo de Tensión EL CT-7000 S3 ofrece 3 canales de entrada para el monitoreo de tensión (V1, V2 y V3). El canal de tensión V1 esta dedicado al monitoreo de la tensión de alimentación CC o tensión en la bobina (2-255 V, CC o CA pico). Se registran e imprimen en el informe los niveles de tensión de alimentación nominal y mínima. En el reporte gráfico se imprime en forma analógica la forma de onda de la tensión CC. Los canales de tensión digitales V2 y V3 están dedicados a monitorear el estado de tensión ON/OFF (presente o ausente) de los contactos auxiliares del interruptor. En el reporte gráfico se imprime la actividad de los canales V2 y V3. En el reporte tabulado se registran e imprimen tres niveles de actividad de los canales V2 y V3.

## **Funciones de Disparo de Interruptores**

Se utiliza un dispositivo interno de estado sólido para operar el interruptor desde el CT-7000 S3 PC. Los modos de operación incluyen APERTURA, CIERRE, APERTURA-CIERRE, CIERRE-APERTURA Y APERTURA-CIERRE-APERTURA. Las operaciones múltiples como Apertura-Cierre, Cierre-Apertura y Apertura-Cierre-Apertura, pueden iniciarse utilizando un retardo programado (milisegundos) o sensando la condición del interruptor.

## **Monitoreo de la Corriente de Apertura y Cierre**

Un sensor interno de efecto Hall registra la amplitud y duración de la corriente de operación de las bobinas. La forma de onda la corriente (efectivamente utilizada como “huella digital” o perfil de corriente”) puede utilizarse como una herramienta de diagnóstico para analizar el estado de un interruptor.

## **Interfase a Computadora.**

El CT-7000 S3 puede controlarse desde una PC mediante el puerto USB o la interfaz opcional Bluetooth. Cada equipo CT-7000 S3 incluye un software (basado en Windows) para análisis de Interruptores. Este software se utiliza para controlar la unidad, revisar los registros y crear planes de ensayos. Los ensayos registrados pueden exportarse a formato PDF, Excel y XML.

## **Memoria interna para Registro de Ensayos y Planes de Ensayos**

EL CT-7000 S3 puede almacenar en una memoria flash hasta 200 registros de ensayos. Los registros de ensayos pueden recuperarse e imprimirse en la impresora térmica de 4.5” incorporada. Los registros de ensayos también pueden transferirse a una memoria USB externa, o exportarse a una PC mediante el puerto USB o Bluetooth (opcional) utilizando el software incluido (basado en Windows). Pueden almacenarse en la memoria interna del CT-7000 S3 hasta 100 planes de ensayos. Un plan de ensayos comprende todas las especificaciones de funcionamiento de un interruptor (Desplazamiento, Velocidad y tiempos de contactos, etc.). Cuando se utiliza un Plan de Ensayos, se comparan los resultados del ensayo contra los recomendados para generar un reporte “Pasa/Falla”. Los planes de ensayo pueden transferirse al CT-7000 S3 desde la memoria externa USB o desde la PC mediante el puerto USB o Bluetooth (opcional).

## **Almacenamiento externo de Registros y Planes de Ensayos**

Puede utilizarse una memoria externa USB para almacenar y transferir planes de ensayos y hasta 999 registros de ensayos.

## **Impresora térmica Integrada**

El CT 7000 S3 posee una impresora térmica integrada de 4.5” de ancho para imprimir los resultados tanto en forma de tabla o de grafico.

## **Interfaz del Usuario**

El CT-7000 S3 posee una pantalla grafica LCD retro-iluminada de 256 x 128 píxeles para mostrar los diferentes menús y resultados de ensayo obtenidos tanto ante luz solar como con poca iluminación. Posee un robusto teclado de 44 teclas QWERTY que se utiliza para controlar la unidad.

## Capacidad de Diagnóstico

El Digital S2 puede realizar verificaciones de diagnóstico sobre la electrónica interna. Pueden realizarse diagnósticos para verificar el estado de los cables de conexión y los transductores de movimiento.

### 1.2 Modos de Operación

#### Modo “En Línea”

Adicionalmente al modo de medición convencional fuera de línea, el CT-7000 S3 ofrece el modo “en-línea” para las tres fases. En este modo, el CT-7000 S3 captura el tiempo cierre o apertura del interruptor, la huella digital o perfil de corriente y la tensión de baterías mientras el interruptor esta en servicio. El tiempo de cierre o apertura esta definido desde la energización de la bobina de actuación, hasta la aparición o extinción de la corriente sensada en los transformadores de corriente de la estación utilizando pinzas de corriente de CA. También puede capturarse la forma de onda de la corriente de Cierre o Apertura utilizando una pinza de corriente CC.

El modo “En –línea” puede detectar la condición de operación del interruptor con un mínimo de tiempo de intervención. En este modo puede capturarse la operación de “primer disparo”. Si un interruptor estuvo en servicio por mucho tiempo siempre en posición cerrado, el tiempo de actuación del primer disparo podría ser más lento debido al asentamiento del mecanismo. Este modo de medición es muy útil en estos casos, ya que en el modo tradicional, se deben realizar varias operaciones del mecanismo antes de que se pueda realmente medir el tiempo de actuación.

#### Modo de ensayo con Doble Tierra

Mediante la utilización del modo opcional de ensayo con Doble Tierra, el CT-7000 S3 puede medir el tiempo de actuación del interruptor con ambos terminales del interruptor conectados a tierra. Se conecta una pinza de corriente a uno de los lados de las tierras de seguridad y se induce una corriente AC en la rienda. Un sensor montado en la pinza de AC detecta el cambio en la señal AC inducida cuando se abre o cierra el interruptor.

**Interfaz Bluetooth** La interfaz Bluetooth opcional puede utilizarse para conectar en forma inalámbrica el CT-7000 S3 con la PC.

### 1.3 Especificaciones Técnicas

**Tabla 1. Especificaciones Técnicas CT-7000 S3**

<i>TIPO</i>	Analizador portátil de interruptores Tabla
<i>DIMENSIONES</i>	14" A x 21 K" L x 8" P (35 cm x 53 cm x 20 cm); 15 lbs (6.8 Kg)
<i>ALIMENTACION INPUT POWER</i>	100-240Vca, 3A, 50/60Hz
<i>ENTRADAS DE CANALES SECOS</i>	3 canales (9021-UC) o 6 canales (9100-UC). Cada canal detecta el tiempo de contacto principal y de resistor
<i>VENTANA DE ADQUISICIÓN</i>	1 segundo, 10 segundos, o 20 segundos
<i>RESOLUCIÓN</i>	±50 micro-segundos @ 1 seg. duración, ±500 micro-segundos @ 10 seg. duración, ±1.0 milisegundos @ 20 seg. duración
<i>PRECISION</i>	0.05% de la lectura ±0.1 milisegundos @ 1 segundos duración
<i>PROTECCION DE CANALES DE CONTACTO</i>	Todos los canales están puestos a tierra hasta el ensayo. Están protegidos contra descargas estáticas
<i>RANGO DE DETECCION DE CONTACTOS SECOS</i>	Cerrado: menos de 20 ohms; Abierto: mayor a 5,000 Ohms
<i>RANGO RESISTA DE PREINSERCIÓN</i>	50 – 5,000 ohms
<i>TENSION DE ENTRADA DE DISPARO</i>	Tensión de inicio de Apertura o Cierre: 24 V – 300V CC o AC pico
<i>RANGO DE TENSIÓN EN ENTRADAS SENSADO</i>	V1: entrada analógica; 0 – 250V, CC o AC pico; Sensibilidad: ±1V; registro e impresión del nivel de tensión V2 y V3: entrada de presencia/ausencia de tensión; 24 – 255V, CC o AC pico; registro e impresión de tres eventos.
<i>OPERACIONES DE INTERRUPTOR</i>	Apertura, Cierre, Apertura – Cierre, Cierre – Apertura, Apertura-Cierre-Apertura.
<i>CAPACIDAD DE DISPARO</i>	30A, 250 Vac/cc máx.
<i>RANGO DE CORRIENTE DE DISPARO</i>	Un sensor de efecto Hall, sin contacto, 0 – 20 A, 0 a 5Khz
<i>TRANSDUCTOR DIGITAL DE MOV</i>	3 canales de transductor digital de movimiento, rango lineal; Rango Lineal: 0.0 – 60.0 in (±0.01 in) // Rango Rotacional: 0 – 360 grados (±0.36 grados)
<i>TRANSDUCTORES RESISTIVO</i>	3 canales, 200 ohms – 10K ohms
<i>DIFERENCIA ENTRE PUNTOS DE MOVIMIENTO DE CONTACTO</i>	Mide la distancia de contactos en "movimiento lento" y pueden imprimirse los resultados.
<i>PANTALLA</i>	Pantalla de LCD retroilum de 240 x 128 píxeles; visible con luz del sol y en oscuridad.
<i>IMPRESORA</i>	Impresora térmica interna de 4.5" de ancho, con posibilidad de imprimir gráficos de contactos y movimiento y tablas de datos.
<i>MEMORIA INTERNA</i>	Almacena hasta 200 ensayos y 100 planes de ensayo.
<i>MEMORIA EXTERNA</i>	Interfaz memoria externa USB, almacena hasta 999 registros y planes de ensayos.
<i>INTERFAZ A PC</i>	Un Puerto USB, interfaz Bluetooth opcional
<i>PC SOFTWARE</i>	Software (bajo Windows) para análisis de interruptores incluido en precio de compra.
<i>CABLES</i>	Equipado con un juego completo de cables.
<i>OPCIONALES</i>	Valija de transporte (disponible para CT-7000 S3 y para transductores de movimiento), Modo de Operación "En-línea", Modo de operac con Doble Tierra, Interfaz Bluetooth.
<i>SEGURIDAD</i>	Diseñado para cumplir las normas UL/IEC 61010 y CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92
<i>AMBIENTE</i>	Operación: -10°C a 50°C (15°F a +122° F); Almacenamiento: -30°C a 70°C (-22°F a +158°F)
<i>HUMEDAD</i>	90% RH @ 40°C (104°F) sin condensación
<i>ALTITUD</i>	2,000 m (6,562 ft) para cumplir con las especificaciones de seguridad
<i>GARANTIA</i>	Un año sobre componentes y mano de obra.



#### NOTA

Las especificaciones son validas a tensión nominal de operación y a temperatura de 25°C (77°F). Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

### 1.4 Controles e Indicadores de CT-7000 S3

En la figura 1 se muestran los controles e indicadores del CT-7000 S3. Una línea con un número de índice indica cada controlador indicador con una referencia funcional descrita en la Tabla 2. La tabla describe la función de cada ítem del panel de control. Aunque la función de los controles e indicadores parezca obvia, el usuario debe estar familiarizado con ellos antes de utilizar el CT-7000 S3. Un error accidental en la utilización de los controles, no suele causar daños graves. Los usuarios también deben estar familiarizados con el resumen de seguridad detallado en la primera hoja de este manual.




Figura 1. Controles e Indicadores del CT-7000 S3



Tabla 2. Descripción de Controles e Indicadores del CT-7000 S3

Ítem Número	Marca en Panel	Descripción de la Función
1	CONTACT INPUT (C1-C6)	Conector hembra para canales de contactos. Se muestra el CT-7000-6 S3 con 6 canales.
2	T1, T2, T3	Canales para Transductores digitales de movimiento (conector de 16 pines)
3	R1, R2, R3	Entrada para transductores de tipo Resistivo (conector 5 pines)
4	V1	Canal de tensión V1 dedicada a monitorear la tensión de alimentación del interruptor o bobinas. Rango de medición de 0 a 250 Vcc o AC pico.
5	V2, V3	Canales de tensión V2 y V3 dedicados a detectar la presencia o ausencia de tensión. Rango de entrada de 24-255 Vcc o AC pico. Cada canal de tensión registra 3 eventos (voltaje ON/OFF) y los resultados se imprimen en el reporte tabulado.
6	EXT. TRIGGER	Entrada de Tensión de disparo Externo. Rango de tensión de 24 – 300 V CC o AC pico.
7	DC CURRENT	Conector para pinza de corriente CC externa
8	INITIATE	Conector de 4 pines utilizado para operar localmente el interruptor bajo ensayo.
9	GROUND	Terminal de tierra de seguridad.
10	120-240Vac, 3A 50-60Hz	Conector de alimentación, llave de encendido, filtro de línea y fusible de protección.
11	OPEN 250V/5A	Fusible de circuito de Apertura: 5 A, 250V Rápido
12	CLOSE 250V/5A	Fusible de circuito de Cierre: 5 A, 250V Rápido
13	"PUSH TO ARM"	Botón con resorte, Presionar y mantener hasta completar los ensayos de Apertura o Cierre del interruptor
14		Impresora térmica de 4.5" de ancho.
15	BLUETOOTH	Indicador de estado Bluetooth (opcional).
16		Teclado "QWERTY" tipo membrana
17		Pantalla LCD retroiluminada (128 x 240 píxeles), visible con plena luz del sol y en oscuridad.
18	USB PC	Puerto de interfaz USB a PC.
19	USB MEM	Puerto de Interfaz a memoria USB. .

## 2.0 AJUSTES PREVIO AL ENSAYO

### 2.1 Control de Contraste de LCD

Para incrementar el contraste del visor LCD, mantenga presionada la tecla [▲] por 2 segundos. Suelte la tecla cuando alcance el contraste deseado.

Para disminuir el contraste del visor LCD, mantenga presionada la tecla [▼] por 2 segundos. Suelte la tecla cuando alcance el contraste deseado.

### 2.2 Control del Papel de la Impresora

Para adelantar el papel de la impresora, presione la tecla [▲].

Para retraer el papel de la impresora, presione la tecla [▼].

### 2.3 Papel de la Impresora

La impresora incorporada del CT-7000 S3 utiliza un papel de 4.5-pulgadas de ancho para imprimir los resultados de los ensayos. Se recomienda utilizar el papel suministrado por Vanguard Instruments Company para asegurar la mayor calidad de impresión y evitar los atascos de papel en el interior. Puede ordenar rollos de papel adicional en:

#### **Vanguard Instruments Co, Inc.**

1520 S. Hellman Avenue

Ontario, CA 91761

Tel: 909-923-9390

Fax: 909-923-9391

Part Number: VIC TP-4 paper

#### **BG Instrument Co.**

13607 E. Trent Avenue

Spokane, WA 99216

Tel: 509-893-9881

Fax: 509-893-9803

Part Number: VIC TP-4 paper

## 2.4 Reemplazo del Papel de la Impresora

El rollo del papel de la impresora esta en el deposito bajo del cobertor de la impresora. Para reemplazarlo, siga los pasos a continuación:

- Desatornille los dos tornillos grandes en la tapa de la impresora y Retire el cobertor de la impresora.
- Retire el rollo de papel.
- Desenrolle un tramo del nuevo rollo de papel.
- Alimente la impresora por la ranura entre la base y el rodillo de goma. La impresora automáticamente empujara el papel bajo el cabezal de impresión.
- Coloque el nuevo rollo de papel.
- Alinee el papel para centrarlo si es necesario.
- Reinstale el cobertor de la impresora.



### NOTA

El papel térmico posee un químico en una de sus lados. Este lado debe ser colocado frente a la impresora térmica. La carga incorrecta del papel puede producir una impresión en blanco del papel.

El papel presentará una marca roja para indicar cuando esté a punto de acabarse.

### 3.0 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

#### 3.1 Conexión de Cables

##### 3.1.1. Conexión de Cables para contactos principales

En la Figura 2 se muestra la conexión típica de cables a los contactos principales de un interruptor. Las puntas Rojas y Negras a los terminales de los contactos de las fases A, B y C. En la Figura 3 se muestra la conexión típica para un interruptor con contactos en serie.



**NOTA**

Para la mayoría de las configuraciones es recomendable conectar a potencial de tierra uno de los lados del interruptor. Si el interruptor esta flotante o sin tierra, asegúrese que los canales de entrada estén protegidos contra descargas estáticas.




Figura 2. Conexión Típica para un Interruptor de 3 Fases




Figura 3. Conexión Típica para un Interruptor con Contactos en Serie

### 3.1.2. Conexión de Cables de Disparo

El CT-7000 S3 iniciará la Apertura o Cierre del interruptor a través de un relé de estado sólido que opera bajo cualquier tensión CA o CC en el rango de 10 a 300 V. Los circuitos de Apertura y Cierre están protegidos por fusibles de 5 A. En la Figura 4 se muestra un esquema típico de conexión de un circuito de control de Apertura en CC y Cierre en CC. En la Figura 5 se muestra un esquema de conexión de un circuito de control de Apertura en CC y Cierre en CA.




Figura 4. Conexión de Cables de Disparo de Apertura y de Cierre en CC



Siempre conectar el circuito de disparo con un contacto auxiliar del interruptor en serie. Este contacto auxiliar provee la interrupción de la corriente de bobina.

**NOTA**




Figura 5. Conexión de Cables de Disparo de Apertura en CC y de Cierre en AC



### 3.1.3. Conexión para Medición “En línea”

#### (Requiere las características opcionales para medición “En línea”)

Adicionalmente a la medición convencional de tiempos con el interruptor fuera de línea, el CT-7000 S3 ofrece opcionalmente un modo de medición “En Línea” para las tres fases. En este modo el CT-7000 S3 captura el tiempo de apertura o cierre, la “huella digital” de la corriente de cierre o apertura, la tensión de baterías de alimentación y los tiempos de contactos auxiliares mientras el interruptor está aún en servicio. El tiempo de cierre o apertura esta definido desde la energización de la bobina de actuación, hasta la aparición o extinción de la corriente sensada en los transformadores de corriente de la estación utilizando pinzas de corriente de CA. También puede capturarse la forma de onda a La corriente de Cierre o Apertura utilizando una pinza de corriente CC.

El modo “En –línea” puede detectar la condición de operación del interruptor con un mínimo de tiempo de intervención. En este modo puede capturarse la operación de “primer disparo”. Si un interruptor estuvo en servicio por mucho tiempo siempre en posición cerrado, el tiempo de actuación del primer disparo podría ser más lento debido al asentamiento del mecanismo. Este modo de medición es muy útil en estos casos, ya que en el modo tradicional, se deben realizar varias operaciones del mecanismo antes de que se pueda realmente medir el tiempo de actuación.

El modo de medición “en línea” del CT-7000 S3 requiere el uso de 3 sensores de corriente (provistos con el opcional para medición “En Línea”, Pieza N° 9021-OT) para monitorear el tiempo de contactos de las fases A, B y C. La corriente de bobinas de Apertura y Cierre se monitorea utilizando una piensa de corriente CC (provistos con el opcional para medición “En Línea”, Pieza N° 9021-OT). Este modo requiere que se conecte el Disparo Externo. En la figura 7 se muestra la forma de conexión para el modo de medición “En línea”.



Figura 6. Juego de Sensores para medición “En línea” (Pieza N°.9021-OT)





Figura 7. Conexión para medición Opcional “En Línea”

### 3.1.4. Conexión con Doble Tierra


**(Requiere la característica opcional para Doble Tierra)**

Mediante la utilización del modo opcional de ensayo con Doble Tierra, el CT-7000 S3 puede medir el tiempo de actuación del interruptor con ambos terminales del interruptor conectados a tierra. Se conecta una pinza de corriente a uno de los lados de las tierras de seguridad y se induce una corriente AC en la rienda. Un sensor montado en la pinza de AC detecta el cambio en la señal AC inducida cuando se abre o cierra el interruptor.

Este modo de ensayo requiere el uso de las Pinzas de Corriente para Doble Tierra de Vanguard (provistas con el opcional para Doble Tierras, Pieza N° 9021-DG). Están disponibles hasta 3 canales de medición de tiempos, solamente se utilizan los canales 1, 2 y 3 para este modo. (Ver Figura 8)



**Figura 8. Conexión para medición Opcional con Modo Doble Tierra.**

 Los canales de Transductores, monitoreo de tensión y circuito de disparo se conectan del mismo modo que en el modo normal de medición de Tiempo y Movimiento.

**NOTA**

### 3.1.5. Conexión para Monitoreo de Tensión Analógica y Digital

La entrada de tensión analógica “V1” esta dedicada a monitorear la tensión de CC de comando del interruptor durante una operación. La entrada analógica registra la tensión nominal de CC sin carga y la tensión mínima mientras están energizadas las bobinas de Apertura o Cierre.

La tensión nominal y mínima se imprime en el reporte detallado. También puede graficarse la forma de onda. Utilizando los reportes, el usuario puede ver la caída de tensión de la tensión de comando bajo las condiciones de carga y fácilmente detectar problemas como conexiones flojas o excesiva caída de tensión. NOTA: La máxima tensión que puede registrarse es 250V CC

Las entradas de tensión “V2” y “V3” monitorean el estado de tensión como estados “ON” o “OFF”. En el reporte gráfico puede graficarse los estados ON y OFF. En el reporte tabulado se muestran tres eventos de on/off.

En la Figura 9 se muestra la conexión típica de los canales Analógicos V1 y Digital V2 y V3




Figura 9. Conexión de Canales Analógicos y Digitales para Monitoreo de Tensión

### 3.1.6. Conexión de Entrada de Disparo Externo

Puede utilizarse el Modo de Disparo Externo para iniciar un registro cuando el CT-7000 S3 censa una tensión. Una aplicación para este modo es medir el tiempo de una operación de cierre iniciar la medición solo cuando la bobina de cierre se energiza, eludiendo el relé 52X de retardo de tiempo. Dado que el relé 52X maneja la corriente de la bobina de Cierre, el cable de disparo del CT-7000 S3 debe conectarse el Terminal de Cierre como se muestra en la Figura 4. El CT-7000 S3 energiza el relé 52X para iniciar la operación de cierre y empezará a contar el tiempo cuando detecte una tensión en la bobina de cierre. La Figura 10 muestra el conexionado típico.

Otra aplicación es la medición de tiempo actuación del interruptor cuando se opera el interruptor en forma remota.



**NOTAS**

- El voltaje mínimo de disparo está ajustado a 30 Vca/cc. El voltaje máximo esta ajustado a 300 Vca/cc. Pueden modificarse en fábrica los límites de disparo según requerimientos específicos.
- El CT-7000 S3 comenzará a buscar el disparo externo cuando se muestre en la pantalla el mensaje “ESPERANDO DISPARO...”. Si no es sensada la tensión de disparo en los próximos diez segundos luego de iniciada la secuencia, el CT-7000 S3 regresa al menú principal.




Figura 10. Conexión de cable de Disparo Externo

### 3.1.7. Conexión de Transductores Digitales de Movimiento

En la Figura 11 se muestra la conexión típica de un transductor digital de movimiento.




Figura 11. Conexión de Transductor Digital de Movimiento.

### 3.1.8. Conexión de Transductores de Tipo Resistivo.

EL CT-7000 S3 ofrece 3 canales para transductores del tipo resistivos. El rango de resistencia de los transductores es de 200 Ohms a 10K Ohms. El CT-7000 S3 provee una tensión de referencia de 5 Vcc para alimentar los transductores del tipo resistivo. El voltaje detectado se traduce a distancia recorrida según los parámetros de calibración introducidos. Se requiere que el usuario ajuste el transductor resistivo antes de realizar un ensayo. Pueden almacenarse hasta 9 ajustes de transductores en la memoria interna del CT-7000 S3. Un vez que el ajuste del transductor se graba, puede ser recuperado fácilmente antes de realizar un ensayo. En la Figura 12 se muestra la conexión típica de un transductor del tipo resistivo.



#### NOTAS

- Cuando se selecciona un transductor resistivo, se activan los tres canales resistivos (R1, R2 y R3) y se muestran en el resultado del ensayo (ver Figura 17)
- Junto con cada CT-7000 S3 se incluye un cable para transductor de 3 mts. con 3 clips para desconexión. Los clips están marcados como “+5V”, “Signal”, y “GND”.
- Vea la sección 3.2.11 para la calibración del transductor del tipo resistivo.




Figura 12. Conexión típica de un Transductor de Tipo Resistivo.



## 3.2 Cambiando los Parámetros de Ajuste

### 3.2.1. Ingresando el Encabezado de un Registro

Puede ingresar la información del encabezado antes de realizar un ensayo. El encabezado del registro incluye información de identificación como la compañía, estación, circuito, fabricante, etc. Una vez que se ha ajustado la información del encabezado, este se utilizará para todos los ensayos subsecuentes. Siga los pasos a continuación para ingresar la información del encabezado.

- Quando se enciende la unidad y luego de cargarse el Firmware interno, Ud. se encontrará con el menú de inicio como se muestra a continuación:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
  
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
  
```

Presione la tecla **[3]** (*DESCRIPCION ENSAYO*)

- Aparecerá la siguiente pantalla:

```

COMPANIA:
-
      ↑/↓ PARA POSICION
      "ENTER" PARA ACEPTAR
  
```

Ingrese el nombre de la Compañía utilizando el teclado. Para borrar un carácter, posicione el cursor y presione la tecla **[CLEAR]**. Presione la tecla **[▲]** para pasar al carácter siguiente. Presione la tecla **[▼]** para pasar a un carácter anterior. Presione la tecla **[ENTER]** cuando termine de ingresar el nombre de la compañía.

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ESTACION :  
-  
  
↑/↓ PARA POSICION  
"ENTER" PARA ACEPTAR
```

Ingrese el nombre de la estación utilizando el teclado, luego presione **[ENTER]**.

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
CIRCUITO:  
-  
  
↑/↓ PARA POSICION  
"ENTER" PARA ACEPTAR
```

Ingrese el nombre del circuito utilizando el teclado, luego presione **[ENTER]**.

- f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
FABRICANTE:  
-  
  
↑/↓ PARA POSICION  
"ENTER" PARA ACEPTAR
```

Ingrese el nombre del Fabricante utilizando el teclado, luego presione **[ENTER]**.

- g. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODEL:  
-  
  
↑/↓ PARA POSICION  
"ENTER" PARA ACEPTAR
```

Ingrese el modelo del interruptor utilizando el teclado, luego presione **[ENTER]**.

h. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
NUMERO DE SERIE:  
-  
  
↑/↓ PARA POSICION  
"ENTER" PARA ACEPTAR
```

Ingrese el Número de Serie utilizando el teclado, luego presione **[ENTER]**.

Aparecerá la siguiente pantalla:

```
OPERADOR:  
-  
  
↑/↓ PARA POSICION  
"ENTER" PARA ACEPTAR
```

Ingrese el nombre del Operador utilizando el teclado, luego presione **[ENTER]**. Luego, toda la información del encabezado se grabará y volverá al menú de inicio.

### 3.2.2. Configurando el Reloj Interno

Siga los siguientes pasos para ajustar el reloj interno del CT-7000 S3:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS   10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[6]** (*PAGINA SIGUIENTE*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. AJUSTE DIA & HORA
2. AJUSTE IMPRESORA
3. AJUSTE 50/60 HZ
4. AJUSTE IDIOMA
5. REINICIAR BLUETOOTH
6. PAGINA ANTERIOR
```

Presione la tecla **[1]** (*AJUSTE DIA & HORA*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE FECHA
MM-DD-AA  HH:MM:SS
-
```

Ingrese el mes, día, año, hora, minutos y segundos (en modo de 24 horas) utilizando el teclado alfanumérico. Cuando se ingrese el último dígito, el reloj se ajustará y volverá al menú principal.

### 3.2.3. Configuración de Impresión Manual o Automática de Resultados

El CT-7000 S3 puede configurarse para imprimir automáticamente los resultados luego de cada ensayo o en forma manual según se requiera. Siga los pasos a continuación para ajustar el método de impresión preferido:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS   10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[6]** (*PAGINA SIGUIENTE*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. AJUSTE DIA & HORA
2. AJUSTE IMPRESORA
3. AJUSTE 50/60 HZ
4. AJUSTE IDIOMA
5. REINICIAR BLUETOOTH
6. PAGINA ANTERIOR
```

Presione la tecla **[2]** (*AJUSTE IMPRESORA*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
AJUSTAR IMPRESION:
1. MODO AUTOMATICO
2. MODO MANUAL
```

Presione la tecla **[1]** (*MODO AUTOMATICO*) para imprimir en forma automática los resultados luego de cada ensayo.

Presiones la tecla **[2]** (*MODO MANUAL*) para imprimir en forma manual los resultados luego de cada ensayo. En la sección 3.3.5 se explica como imprimir los resultados en forma manual.

### 3.2.4. Ajuste de Unidades de Medición

El CT-7000 S3 puede trabajar tanto con el sistema Métrico como el Ingles para calcular los parámetros de movimiento. Siga los pasos a continuación para ajustar las unidades de medición:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[2]** (*UNIDAD DE MEDICION*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SELECCIONES UNIDADES
1. INGLES
2. METRICO
3. TRANSD ROTACION
4. TRANSD RESISTIVO
```

Presiones la tecla **[1]** (*INGLES*) o la tecla **[2]** (*METRICO*) para el correspondiente sistema de medición. Se ajustará el sistema de unidades y retornará al menú inicial.



Si se cambia el sistema de medición, se convertirán en forma automática todos los resultados relevantes en la memoria de trabajo. También se convertirán los resultados recuperados desde la memoria interna al Nuevo

**NOTA** sistema de medición. No será necesario repetir los ensayos.



### 3.2.5. Ajustando los Puntos de Análisis para APERTURA

Se utilizan dos puntos para calcular la velocidad de APERTURA del interruptor. Siga los pasos a continuación para ajustar los puntos de análisis para la Apertura:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRE
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[1]** (*TIEMPO DE APERTURA*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PTO ANLSIS APERTURA 1

1. PORCENT DE DESPLAZ
2. DIST DSDE CERRADO
3. PRIMER CONTACTO
```

1. *PORCENTAJE DE DESPLAZAMIENTO*

Presione la tecla **[1]** (*PORCENT DE DESPLAZ*) para ajustar el punto de análisis #1 como un porcentaje del desplazamiento total de los contactos.



**PORCENTAJE DE DESPLAZAMIENTO** Es la distancia basada en un porcentaje del total del recorrido del interruptor. La distancia siempre se mide desde la posición inicial de contactos totalmente cerrados.

**NOTA**

Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PTO ANLISIS APERTURA 1
% DE DESPLAZAM TOTAL
    00%

"ENTER" P CONFIRMAR
```

Ingrese el porcentaje utilizando el teclado y luego presione la tecla **[ENTER]**.  
**Continué con el paso e.**

2. *DISTANCIA DESDE CERRADO*

Presione la tecla **[2]** (*DIST DSDE CERRADO*) para ajustar el punto de análisis #1 como una distancia desde la posición de contactos cerrados.



La distancia desde la posición de cerrado puede seleccionarse desde 00.00 a 99.99 pulgadas o desde 0.0 a 99.90 centímetros. La distancia esta referenciada desde la posición de contactos cerrados.

**NOTA**

Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PTO ANLISIS APERTURA 1
VALOR: 000.0 IN
DISTANCIA DSDE CERRADO

"ENTER" P CONFIRMAR
```

Ingrese el valor de distancia deseado utilizando el teclado y luego presione **[ENTER]**. **Continué con el paso e.**

3. *PRIMER CONTACTO*

Presione la tecla **[3]** (*PRIMER CONTACTO*) para ajustar el punto de análisis #1 igual al valor del primer contacto #1. **Continué con el paso e.**



Es la distancia desde la posición de contactos cerrados hasta el punto donde se produce la transición de cerrado a abierto o de abierto a cerrado.

**NOTA**

e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PTO ANLSIS APERTURA 2
1. PORCENT DE DESPLAZ
2. DIST DSDE CIERRE
3. CONTACTO +/- TIEMPO
```

1. *PERCENT OF STROKE*

Presione la tecla **[1]** (*PORCENT DE DESPLAZ*) para ajustar el punto de análisis #2 como un porcentaje del desplazamiento total de los contactos.

Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PTO ANLSIS APERTURA 2
% DE DESPLAZAM TOTAL
    00%

"ENTER" P CONFIRMAR
```

Ingrese el porcentaje utilizando el teclado y luego presione la tecla **[ENTER]**. Se fijan los puntos de análisis y volverá al menú principal.

2. *DISTANCIA DESDE CERRADO*

Presione la tecla **[2]** (*DIST DSDE CERRADO*) para ajustar el punto de análisis #2 como una distancia desde la posición de contactos cerrados. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PTO ANLSIS APERTURA 2
VALOR: 000.0 IN
DISTANCIA DSDE CERRADO

"ENTER" P CONFIRMAR
```

Ingrese la distancia utilizando el teclado y luego presione la tecla **[ENTER]**. Se fijan los puntos de análisis y volverá al menú principal.

3. *CONTACTO +/- TIEMPO*

Presione la tecla **[3]** (*CONTACTO +/- TIEMPO*) para seleccionar esta opción. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

PTO ANLSIS APERTURA 2
1. CONTACTO MAS TIEMPO
2. CONTACTO MENOS TIEMPO

```

### 1. CONTACTO MAS TIEMPO

Presione la tecla **[1]** para seleccionar la opción *CONTACTO MAS TIEMPO*.



#### NOTA

Para “CONTACTO MAS TIEMPO”, el usuario ingresa el tiempo en milisegundos luego que el contacto de canal #1 realiza la transición de abierto a cerrado o de cerrado a abierto para definir el segundo punto de análisis

Aparecerá la siguiente pantalla:

```

PTO ANLSIS APERTURA 2
INGRESE TIEMPO DSDE C1
TIEMPO (MS): 000

"ENTER" P CONFIRMAR

```

Ingrese el valor de tiempo utilizando el teclado y luego presione **[ENTER]**. Se fijan los puntos de análisis y volverá al menú principal.

### 2. CONTACTO MENOS TIEMPO

Presione la tecla **[2]** para seleccionar la opción *CONTACTO MENOS TIEMPO*.



#### NOTA

Para “CONTACTO MENOS TIEMPO”, el usuario ingresa el tiempo en milisegundos antes de que el contacto de canal #1 realiza la transición de abierto a cerrado o de cerrado a abierto para definir el segundo punto de análisis

Aparecerá la siguiente pantalla:

```

PTO ANLSIS APERTURA 2
INGRESE TIEMPO DSDE C1
TIEMPO (MS): 000

"ENTER" P CONFIRMAR

```

Ingrese el valor de tiempo utilizando el teclado y luego presione **[ENTER]**. Se fijan los puntos de análisis y volverá al menú principal.



- La velocidad media en la zona de arco se calcula con la formula:  
 **$V_{med} = \text{Distancia} / \text{Tiempo}$**
- La velocidad del interruptor puede recalcularse con la información guardada en

- NOTAS** memoria luego de ingresar Nuevos puntos de análisis. No es necesario operar el interruptor nuevamente para obtener nueva información de velocidad luego de cambiar los puntos de análisis.
- Para cálculos más complejos de velocidad, el usuario puede crear planes de ensayos utilizando el Software de PC para análisis de interruptores del CT-7000 S3. los planes de ensayo pueden cargarse en el CT-7000 S3 para ser utilizados antes de de realizar un ensayo.

### 3.2.6. Configuración del ancho de pulso

El ancho de pulso por defecto tanto para APERTURA como para CIERRE es de 100ms, aunque puede ser modificado a cualquier valor entre 1 y 250ms.



**NOTA**

Esta característica solamente está disponible para el CT-7000 S3 con la Revisión E de la tarjeta de iniciación o con la versión de firmware 1.12 o superior. Por favor, contacte con Vanguard si desea averiguar el nivel de revisión de su tarjeta de iniciación del CT-7000 S3. Por favor, tenga a mano el número de serie del equipo.

Siga los siguientes pasos para ver , imprimir o cambiar el ancho de pulso:

- a. Comience desde el menú principal:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
  
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. PUNTOS DE ANÁLISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
  
```

Presione la tecla **[5]** (*INIT PULSE LENGTH*)

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ANCHO DE PULSO:  
APERTURA:    100MS  
CIERRE:      100MS  
  
1. CAMBIAR TIEMPOS  
2. IMPRIMIR CONFIG.
```

Los valores actuales son mostrados en la parte superior de la pantalla. También, cuando se lleva a cabo una prueba, los valores del ancho de pulso utilizados durante la prueba se reflejarán en la parte inferior del informe mostrado por la impresora térmica, tal y como se muestra en la Figura 13

Presione la tecla **[STOP]** para volver al menú de inicio.

Presione la tecla **[1]** (CAMBIAR TIEMPOS) para cambiar el ancho de pulso. Continúe en el paso d.

Presione la tecla **[2]** (IMPRIMIR CONFIG.) para imprimir la configuración e la impresora térmica. En la Figura 14 puede observar una muestra de la impresión.

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INTROD. TIEMPO APERT.:  
(1 - 250 MS)  
  
-
```

Introduzca el tiempo de apertura deseado y después presione la tecla **[ENTER]** para confirmar.

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INTROD. TIEMPO CIERRE:  
(1 - 250 MS)  
  
-
```

Introduzca el tiempo de cierre deseado y después presione la tecla **[ENTER]** para confirmar.

- f. Los anchos de pulso de apertura y cierre serán configurados a los valores introducidos y se volverá automáticamente al menú de inicio.



Los valores de ancho de pulso vuelven a 100ms cada vez que la unidad es apagada y encendida.

**NOTA**

T3:	N/A	N/A
INITIATOR CURRENT = 0.2 AMPS		
SHOT LENGTH:	1 SECOND	
INSERTION RESISTOR:	NO	
TRIGGER:	INTERNAL	
DELAY:	200 MS	
OPEN INIT PULSE:	200 MS	
CLOSE INIT PULSE:	250 MS	

Figura 13. Informe de resultados donde se muestran los Anchos de Pulso

INITIATE PULSE TIMES	
OPEN:	100 MS
CLOSE:	100 MS

Figura 14. Impresión de los Ancho de Pulso

### 3.2.7. Ajuste de Frecuencia para la lectura de Ciclos

El tiempo de operación de los contactos se imprime tanto en milisegundos como en ciclos. La lectura en ciclos puede ser en 50 Hz. o 60 Hz. Para seleccionar la frecuencia correcta, realice los siguientes pasos.

- a. Comience desde el menú principal:

1. ENSAYAR	09/12/13
2. RESULTADOS	10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR	
<b>4. AJUSTES</b>	
5. DIAGNOSTICO	

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
<b>6. PAGINA SIGUIENTE</b>

Presione la tecla **[6]** (*PAGINA SIGUIENTE*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. AJUSTE DIA & HORA
2. AJUSTE IMPRESORA
3. AJUSTE 50/60 HZ
4. AJUSTE IDIOMA
5. REINICIAR BLUETOOTH
6. PAGINA ANTERIOR
```

Presione la tecla **[3]** (*AJUSTE 50/60 HZ*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. FIJAR 50 HZ
2. FIJAR 60 HZ
```

Presione la tecla **[1]** (*FIJAR 50 HZ*) o la tecla **[2]** (*FIJAR 60 HZ*) para ajustar la frecuencia al valor correspondiente.

- e. Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación:

```
60 HZ SET
```

Presione cualquier tecla para volver al menú principal. En las Figuras 15 y 16 se muestra ejemplos de resultados de ensayos.



Si se cambia la frecuencia, los valores en ciclos son automáticamente recalculados por el CT-7000 S3.

**NOTA**



BREAKER TIMING RESULTS - 50 Hz				
SHOT NUMBER: 10 DATE: 09/30/13 TIME: 08:00:26				
COMPANY: UIC STATION: LAB CIRCUIT: MFR: MODEL: CT 7000 S2 S/N: 130017 OPERATOR: LU				
TEST: OPEN				
CONTACT TIME				
CH	TIME <ms>	CYCLE	BOUNCE <ms>	WIPE <ms>
1	99.90	1.66	0.08	99.40
2	99.95	1.69	0.10	99.40
3	99.25	1.66	0.10	99.40
DELTA TIME <ms>: 0.70				
TRAVEL ANALYSIS T1				
STROKE mm 119.5				
SPEED M/S 4.04				
OVER-TRAVEL mm 0.5				
BOUNCE BACK mm 0.2				
SPEED ANALYSIS:				
POINT 1 = 10%				
POINT 2 = 50%				
U1 NOMINAL VOLTAGE = 0 VOLTS				
U1 MINIMUM VOLTAGE = 0 VOLTS				
U2/U3 TRANSITION TIMES				
U2 U3				
T1: 95.20 ms N/A				
T2: N/A N/A				
T3: N/A N/A				
INITIATOR CURRENT = 11.0 AMPS				
SHOT LENGTH: 1 SECOND				
INSERTION RESISTOR: NO				
TRIGGER: INTERNAL				

Frecuencia ajust a 50 Hz

Lectura en ciclos a 50 Hz

Figura 15. Reporte Tabulado de Ensayos a 50 Hz

BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz				
SHOT NUMBER: 10 DATE: 09/30/13 TIME: 08:00:26				
COMPANY: UIC STATION: LAB CIRCUIT: MFR: MODEL: CT 7000 S2 S/N: 130017 OPERATOR: LU				
TEST: OPEN				
CONTACT TIME				
CH	TIME <ms>	CYCLE	BOUNCE <ms>	WIPE <ms>
1	99.90	2.00	0.08	99.40
2	99.95	2.04	0.10	99.40
3	99.25	1.99	0.10	99.40
DELTA TIME <ms>: 0.70				
TRAVEL ANALYSIS T1				
STROKE mm 119.5				
SPEED M/S 4.04				
OVER-TRAVEL mm 0.5				
BOUNCE BACK mm 0.2				
SPEED ANALYSIS:				
POINT 1 = 10%				
POINT 2 = 50%				
U1 NOMINAL VOLTAGE = 0 VOLTS				
U1 MINIMUM VOLTAGE = 0 VOLTS				
U2/U3 TRANSITION TIMES				
U2 U3				
T1: 95.20 ms N/A				
T2: N/A N/A				
T3: N/A N/A				
INITIATOR CURRENT = 11.0 AMPS				
SHOT LENGTH: 1 SECOND				
INSERTION RESISTOR: NO				
TRIGGER: INTERNAL				

Frecuencia ajust a 60 Hz

Lectura en ciclos a 50 Hz

Figura 16. Reporte Tabulado de Ensayos a 60 Hz

### 3.2.8. Configuración de Ajuste de Canales de Medición

El CT-7000 S3 está disponible con 3 o 6 entradas de contactos. Debido a que la mayoría de las aplicaciones requiere solo la utilización de 3 canales y un solo transductor de movimiento, no hay necesidad de imprimir de los restantes canales y transductores. El CT-7000 S3 está configurado por defecto para imprimir 3 canales (canales 1, 2 y 3) y un canal de transductor (#1). Siga los pasos a continuación para cambiar la configuración de canales utilizados.



EL CT-7000 S3 siempre adquiere la información de todos los canales y los almacena en memoria con cada ensayo realizado.

#### NOTA

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*SETUP*)

- f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[4]** (*NUMERO DE CANALES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
NUMERO DE CANALES
1. 3 CONTACTOS
2. 6 CONTACTOS
```




El número de canales mostrados en pantalla depende el modelo del CT-7000 S3. Por ejemplo, si la unidad tiene solo 3 canales (Modelo CT-7000 S3-3), solo aparecerá la opción 1 (*3 CONTACTOS*).

#### NOTA

Presione la tecla **[1]** (3 CONTACTOS) o la tecla **[2]** (6 CONTACTOS) para seleccionar el número correspondiente de canales.

Aparecerá la siguiente pantalla:



```
1. TRANSDUCTOR 1  
2. TRANSDUCTOR 1,2  
3. TRANSDUCTOR 1,2,3
```

Seleccione el número de transductores presionando la tecla **[1]**, **[2]**, o **[3]** correspondiente. La configuración seleccionada se guardará y volverá a menú de inicio.

### 3.2.9. Configuración del Filtro de contactos

Aunque el CT-7000 S3 detecta automáticamente el tiempo de contactos utilizando su propio algoritmo, también permite al usuario ingresar un valor específico de filtrado. El valor puede ajustarse entre 1 y 300. El valor de 1 permite al CT-7000 S3 detectar el primer tiempo de transición luego de detectado el tiempo del contacto de resistor. Un valor de 300 permite al CT-7000 S3 detectar el último tiempo luego de detectado el tiempo del contacto de resistor. Siga los pasos a continuación para cambiar la configuración del filtro utilizados.

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[5]** (*DIAGNOSTICO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAYO CIERRE LENTO
2. VERIFICAR CABLES
3. TRANSDUCTOR MOV
4. IMPRIMIR DATOS
5. FILTRO TRANSDUCTOR
6. FILTRO CONTACTOS
```

Presione la tecla **[6]** (*FILTRO CONTACTOS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE FILTRO
      (1 - 300)
AJUSTE ACTUAL: 1
NUEVO AJUSTE?
```

Ingrese el Nuevo valor del filtro utilizando el teclado y luego presiones [ENTER]. Se guardará el valor del filtro ajustado y retornará al menú de inicio.



EL valor del filtro se ajustará automáticamente al valor por defecto cuando se reinicie la unidad.

**NOTA**




Figura 17. Ajuste de Filtro de Contactos.

### 3.2.10. Configuración de Filtro de Transductor de Movimiento

En un registro típico de 1 segundo, el CT-7000 S3 registra 20.000 datos por cada canal de contacto, transductor digital, canal de entrada de tensión, canal de TC, canal DCR, canal de transductor resistivo y canal de disparo de corriente. En la mayoría de las aplicaciones para medición de interruptores, la actividad del interruptor finaliza luego de 200 milisegundos. Un problema normal que se presenta en campo es que luego de finalizada la actividad del interruptor, el CT-7000 S3 puede registrar información errónea de los transductores debido a problemas de vibración. Este problema presentarse porque el transductor no este correctamente montado o por problemas de una débil vinculación entre mecanismos.

Ante este problema puede utilizarse el filtro de Transductor de Movimiento para finalizar el registro del canal de transductor luego de un tiempo específico. Esta característica puede dejar fuera del análisis el movimiento indeseado detectado por el transductor luego de finalizada la actividad del interruptor. El filtro por defecto está ajustado como "SIN FILTRO" cada vez que se enciende la unidad. Siga los pasos a continuación para cambiar la configuración del filtro de transductor utilizado.

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[5]** (*DIAGNOSTICO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAYO CIERRE LENTO
2. VERIFICAR CABLES
3. TRANSDUCTOR MOV
4. IMPRIMIR DATOS
5. FILTRO TRANSDUCTOR
6. FILTRO CONTACTOS
```

Presione la tecla **[5]** (*FILTRO TRANSDUCOTOR*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:



Ingrese el tiempo del filtro (en milisegundos) utilizando el teclado, luego presione la tecla **[ENTER]** para volver al menú principal. El CT-7000 S3 no registrará más información luego de este tiempo.

### 3.2.11. Configuración del Transductor Rotacional Digital

EL transductor de rotación requiere que el usuario defina la distancia lineal en milímetros o pulgadas por cada grado de movimiento de rotación. Siga los pasos a continuación ajustar la configuración del transductor digital de rotación:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS   10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[2]** (*UNIDAD DE MEDICION*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SELECCIONE UNIDADES:
1. INGLES
2. METRICO
3. TRANSDUC ROTACION
4. TRANSDUC RESISTIVO
```

Presione la tecla **[3]** (*TRANSDUCTOR ROTACION*).


- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
TRANSDUC ROTACION:
1. INGLES (IN./DEG)
2. METRICO (MM/DEG)
```



### 1. INGLES (In./deg)

Presione la tecla **[1]** para utilizar el sistema Ingles de unidades de distancia por ángulo de rotación (Pulgadas por grado). Aparecerá la siguiente pantalla:



PULGADAS/GRADO  
1.442 IN/DEG

Ingrese el valor deseado utilizando el teclado. Presione la tecla **[CLEAR]** para reiniciar el valor a 0.000 In/Deg. Presiones la tecla **[ENTER]** para grabar el nuevo valor seleccionado y regresará al menú de inicio.

### 2. METRICO (MM/deg)

Presione la tecla **[2]** para utilizar el sistema Métrico de unidades de distancia por ángulo de rotación (Pulgadas por grado). Aparecerá la siguiente pantalla:



MM/GRADO  
36.64 MM/DEG

Ingrese el valor deseado utilizando el teclado. Presione la tecla **[CLEAR]** para reiniciar el valor a 0.000 MM/Deg. Presiones la tecla **[ENTER]** para grabar el nuevo valor seleccionado y regresará al menú de inicio.

### 3.2.12. Configuración de Ajuste de Transductor de Tipo Resistivo

El CT-7000 S3 cuenta con tres canales para transductores de Tipo Resistivo. El transductor debe ser configurado antes de utilizarlo junto al CT-7000 S3. Pueden almacenarse en memoria del CT-7000 S3 hasta 9 configuraciones de transductores de tipo resistivo. Cuando se utiliza un transductor resistivo con el CT-7000 S3, se muestra como Transductor #1 en el reporte de ensayo, como se muestra en la Figura 19.

#### Creando un nuevo Ajuste de Transductor Resistivo

Siga los pasos a continuación para crear una nueva configuración de transductor resistivo.

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[2]** (*UNIDAD DE MEDICION*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SELECCIONE UNIDADES:
1. INGLES
2. METRICO
3. TRANSDUC ROTACION
4. TRANSDUC RESISTIVO
```

Presione la tecla **[4]** (*TRANSDUC RESISTIVO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
TRANSDUCTOR RESISTIVO:  
1. CREAR NUEVA AJUSTE  
2. CARGAR AJUSTE  
3. IMPRIMIR DIR AJUSTE
```

Presione la tecla **[1]** (*CREAR NUEVO AJUSTE*).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
TRANSDUCTOR RESISTIVO:  
1. INGLES <IN./DEG>  
2. METRICO <MM/DEG>
```

Presione la tecla **[1]** para utilizar el sistema Ingles de unidades de distancia de desplazamiento del transductor por Volt (pulgadas por Volt) o presione la tecla **[2]** para utilizar el sistema Métrico de unidades de distancia desplazamiento del transductor por Volt (milímetros por Volt)

- f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MUEVA EL TRANSD RESIS A  
POSICION DE REFERENCIA  
  
"ENTER" PARA CONTINUAR
```

Mueva al transductor resistivo a la posición de referencia y presione la tecla **[ENTER]**.

- g. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MUEVA EL TRANSD RESIS A  
DISTANCIA CONOCIDA  
  
"ENTER" PARA CONTINUAR
```

Mueva el transductor una distancia conocida y presione la tecla **[ENTER]**.

- h. Aparecerá la siguiente pantalla (las unidades de medida mostradas dependen de la opción seleccionada en el punto e):

```
INGRESE LA DISTANCIA
DE MOVIMIENTO:
      IN

"ENTER" PARA CONTINUAR
```

Ingrese la distancia que movió el transductor resistivo y luego presione **[ENTER]**

- i. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE NOTA DE AJUSTE:

↑/↓ P POSICION
"ENTER" PARA CONTINUAR
```

Si lo prefiere, puede ingresar una NOTA al ajuste realizado, al finalizar presione **[ENTER]**

- j. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE NUERO DE AJUSTE
PARA GRABAR (1-9)
```

Ingrese el número de ajuste del 1 al 9 sobre el cual se grabarán los cambios realizados.

- k. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
"ENTER" PARA GRABAR


AJUSTE NUMERO 1
```

Presione la tecla **[ENTER]** para grabar el ajuste.

**NOTA**

Si ya existe un ajuste cargado en la posición de memoria seleccionada, esta será sobre-escrita con los nuevos ajustes.

- I. Se grabarán los ajustes y se mostrará la siguiente pantalla de confirmación:




```
AJUSTE GUARDADO!
```

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

### Cargando un Ajuste de Transductor Resistivo

Siga los pasos a continuación para cargar una configuración de transductor resistivo.


- a. Comience desde el menú principal:



```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).


- b. Aparecerá la siguiente pantalla:



```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[2]** (*UNIDAD DE MEDICION*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:



```
SELECCIONE UNIDADES:
1. INGLES
2. METRICO
3. TRANSDUC ROTACION
4. TRANSDUC RESISTIVO
```

Presione la tecla **[4]** (*TRANSDUC RESISTIVO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
TRANSDUCTOR RESISTIVO:  
1. CREAR NUEVA AJUSTE  
2. CARGAR AJUSTE  
3. IMPRIMIR DIR AJUSTE
```

Presione la tecla **[2]** (*CARGAR AJUSTE*).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE EL AJUSTE  
PARA CARGAR (1-9)
```

Ingrese el número de ajuste que desea cargar utilizando el teclado.



Si no hay ningún ajuste en la ubicación de memoria, Aparecerá la siguiente pantalla:

**NOTA**

```
NO SE ENCUENTRA AJUSTE!
```

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

- f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
AJUSTE NUMBER0: 1  
NOTA  
ENGLISH  
  
"ENTER" PARA CONTINUAR
```

Presione la tecla **[ENTER]** para cargar el ajuste seleccionado.

- g. Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación:

```
AJUSTE CARGADO!
```

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

## Imprimiendo el Directorio de Ajustes de Transductores Resistivos.

Siga los pasos a continuación para Imprimir un directorio de los ajustes almacenados en la memoria utilizando la impresora interna del CT7000 S3

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[2]** (*UNIDAD DE MEDICION*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SELECCIONE UNIDADES:
1. INGLES
2. METRICO
3. TRANSDUC ROTACION
4. TRANSDUC RESISTIVO
```

Presione la tecla **[4]** (*TRANSDUC RESISTIVO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
TRANSDUCTOR RESISTIVO:
1. CREAR NUEVA AJUSTE
2. CARGAR AJUSTE
3. IMPRIMIR DIR AJUSTE
```

Presione la tecla **[3]** (*IMPRIMIR DIR AJUSTE*).

Se imprimirá el directorio de ajustes almacenados y volverá al menú de inicio. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de un directorio de ajustes de transductores de tipo resistivo.

RESISTIVE ENCODER SETUP DIRECTORY	
SETUP NUMBER 1	SETUP NOTE:
UNITS:	ENGLISH
SETTING:	2.465 INCHES/VDLT
SETUP NUMBER 2	SETUP NOTE:
UNITS:	ABB
SETTING:	ENGLISH
	2.040 INCHES/VDLT
SETUP NUMBER 3	SETUP NOTE:
UNITS:	2U OR5 IN
SETTING:	ENGLISH
	0.249 INCHES/VDLT
SETUP NUMBER 4	SETUP NOTE:
UNITS:	OR5 U 24 IN
SETTING:	ENGLISH
	47.768 INCHES/VDLT
SETUP NUMBER 5	SETUP NOTE:
UNITS:	OR5 U 30 IN
SETTING:	ENGLISH
	59.874 INCHES/VDLT
SETUP NUMBER 6	SETUP NOTE:
UNITS:	1U 10MM
SETTING:	METRIC
	10.1 MM/VDLT
SETUP NUMBER 7	SETUP NOTE:
UNITS:	1U 50MM
SETTING:	METRIC
	49.3 MM/VDLT
SETUP NUMBER 8	SETUP NOTE:
UNITS:	5U 305MM MET
SETTING:	METRIC
	62.1 MM/VDLT
SETUP NUMBER 9	SETUP NOTE:
UNITS:	ABB AHMB
SETTING:	ENGLISH
	1.622 INCHES/VDLT

Figura 18. Ejemplo de un directorio de ajustes de transductores de tipo resistivo.



BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz				
SHOT NUMBER: 78				
DATE: 05/11/07 TIME: 09:39:19				
COMPANY: VANGUARD				
STATION: ONTARIO				
CIRCUIT: 123				
MFR: ITE				
MODEL: 14 4KV				
S/N: 12345				
OPERATOR: HAI				
TEST: OPEN				
CONTACT TIME				
CH	TIME	CYCLE	BOUNCE	WIPE
	<ms>		<ms>	<in>
1	41.70	2.50	0.05	0.90
2	38.95	2.90	0.10	0.69
3	42.85	2.55	0.05	0.98
DELTA TIME <ms>: 4.50				
CT CHANNEL ANALYSIS				
TIME	CYCLE			
<ms>				
0.00	0.00			
TRAVEL ANALYSIS T1				
STROKE	in	6.97		
SPEED	ft/s	7.55		
OVER-TRAVEL	in	0.00		
BOUNCE BACK	in	0.00		
<RESISTIVE ANALOG ENCODER>				
SPEED ANALYSIS:				
POINT 1	=	1.00 in		
POINT 2	=	5.00 in		
U1 NOMINAL VOLTAGE = 56 VOLTS				
U1 MINIMUM VOLTAGE = 50 VOLTS				
INITIATOR CURRENT = 5.7 AMPS				
SHOT LENGTH: 1 SECOND				
INSERTION RESISTOR: NO				
TRIGGER: INTERNAL				

Indicación Transductor de Tipo Resistivo

Figura 19. Ejemplo De Reporte De Ensayos Utilizando Un Transductor De Tipo Resistivo

### 3.3 Realizando la Medición de Tiempos de un Interruptor

El CT-7000 S3 puede iniciar la operación y realizar el ensayo de medición de tiempos para las siguientes operaciones:

- APERTURA
- CIERRA
- APERTURA- CIERRE
- CIERRE-APERTURA
- APERTURA-CIERRE-APERTURA

El CT7000 S3 puede iniciar la operación APERTURA-CIERRE sin retardos o utilizando un retardo programado entre los comandos de APERTURA y CIERRE.

El CIERRE-APERTURA puede iniciarse utilizando varias opciones:

- CIERRE Contacto Canal #1

El CT-7000 S3 inicia el comando de CIERRE y luego el comando de APERTURA luego de detectar el cierre del contacto del canal #1 del interruptor. Esta operación es la más recomendada para la operación CIERRE-APERTURA ya que representa la operación cuando el interruptor cierra y luego abre.

- Ajuste de RETARDO

El CT-7000 S3 inicia el comando de CIERRE y luego de un retardo programado en milisegundos realizará la APERTURA.

- Sin RETARDO

El CT-7000 S3 inicia el comando de CIERRE y el de APERTURA sin ningún retardo. Debido a que el interruptor se encuentra en posición Abierto, los contactos auxiliares (52B) permitirán energizar la bobina de CIERRE, iniciándose el comando de CIERRE. Cuando el interruptor está realizando la transición de Abierto a Cerrado, los contactos 52A se cerrarán, permitiendo al interruptor iniciar el comando de APERTURA.

La operación de APERTURA-CIERRE-APERTURA puede iniciarse desde el CT-7000 S3 utilizando retardos programables entre operaciones. Los retardos pueden ajustarse independientemente entre los comandos de APERTURA-CIERRE y entre CIERRE-APERTURA.

### 3.3.1. Medición de Tiempo de APERTURA

El CT-7000 S3 puede analizar interruptores con o sin resistencias de inserción. El rango de la resistencia de inserción es de 10 a 5000 Ohmios. Las resistencias mayores a 5000 Ohmios son detectadas como circuito abierto. El resultado del ensayo mostrará el tiempo del contacto principal y el tiempo de la resistencia de inserción. En los reportes gráficos se mostrará la actividad del contacto principal y del contacto del resistor para cada canal. Utilice los pasos a continuación para realizar una operación de APERTURA.

- a. Luego de encender el equipo y realizada al carga del Firmware, aparecerá en la pantalla el menú de inicio como se muestra a continuación:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
  
```

Presione la tecla **[1]** (ENSAYAR).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. ENSAY CONTACTO SECO
2. ENSAY CONTACTO VIVO
  
```

Presione la tecla **[1]** (ENSAYAR CONTACTOS SECOS).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

RESISTENCIA INSERCIÓN?
1. NO
2. SI
  
```

1. NO

Presione la tecla **[1]** (NO) si está ensayando un interruptor sin resistencias de inserción. **Continúe por el paso d.**

2. SI

Presione la tecla **[2]** (SI) si está ensayando un interruptor con resistencias de inserción. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
VALOR RESISTOR:  
  
1. MENOS DE 1000 OHMS  
2. 1000 A 2000 OHMS  
3. MAS DE 2000 OHMS
```

Seleccione el valor apropiado del resistor presionando la tecla correspondiente (**[1]**, **[2]**, **[3]**). Continúe por el paso d.

d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
VENTANA DE MEDICION:  
  
1. VENTANA = 1 SEC  
2. VENTANA = 10 SEC  
3. VENTANA = 20 SEC
```

Presione la tecla **[1]** (*VENTANA = 1 SEC*).

**NOTA**

Para la medición de interruptores se utiliza la ventana del 1 Segundo. Las ventanas de tiempo de 10 y 20 segundos se utilizan para mediciones de larga duración, como seccionadores o interruptores combinados.

e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODO DISPARO:  
  
1. DISPARO INTERNO  
2. DISPARO EXTERNO
```

Presione la tecla **[1]** (*DISPARO INTERNO*).

f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODO MEDICION:  
  
1. ABRIR    2. CIERRE  
3. A-C     4. C-A  
5. A-C-A
```

Presione la tecla **[1]** (*ABRIR*).

- g. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PRES "ARM" HASTA  
COMPLETAR ENSAYO  
  
"START" P INICIAR  
"STOP" P CANCELAR
```

Presione y mantenga el pulsador **[ARM]**, y luego presione la tecla **[START]**. Continúe presionando el pulsador **[ARM]**.

- h. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ENSAYO EN PROGRESO  
PRES "ARM" HASTA  
COMPLETAR ENSAYO  
(HASTA 25 SEGUNDOS)
```

Continúe presionando el pulsador **[ARM]** hasta completar el ensayo. Una vez finalizado el ensayo, retornará al menú principal.

**NOTAS**

- Vea la sección 3.3.5 para información sobre la impresión de resultados.
- EL CT-7000 S3 puede imprimir en forma automática luego de cada ensayo los resultados en forma de tabla o gráfico. Vea la sección 3.2.3 para mayor información.

### 3.3.2. Midiendo una operación de CIERRE-APERTURA con Canal #1

La operación de CIERRE-APERTURA simula la condición de cierre del interruptor sobre una falla. Hay tres formas de realizar esta operación:

1. Contacto #1 CERRADO

El CT-7000 S3 inicia el comando de CIERRE y luego el comando de APERTURA luego de detectar el cierre del contacto del canal #1 del interruptor. Esta opción simula la condición de cierre del interruptor sobre una falla

2. Ajuste de RETARDO

Puede seleccionarse un retardo de 10 a 500 ms entre el comando de CIERRE y el de APERTURA. El CT-7000 S3 iniciará la operación de cierre e iniciará el conteo del retardo. La operación de APERTURA será iniciada una vez finalizado el tiempo seleccionado.

3. Sin RETARDO

Ambos comando de CIERRE y de APERTURA se inician simultáneamente. La bobina de Apertura se energizará cuando lo permitan los contactos auxiliares del interruptor.

Siga los pasos a continuación para realizar una operación de CIERRE-APERTURA:

a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYAR*).

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
3. ENSAY CONTACTO SECO
4. ENSAY CONTACTO VIVO
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYAR CONTACTOS SECOS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
RESISTENCIA INSERCIÓN?  
3. NO  
4. SI
```

Presione la tecla **[1]** (NO).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
VENTANA DE MEDICIÓN:  
1. VENTANA = 1 SEC  
2. VENTANA = 10 SEC  
3. VENTANA = 20 SEC
```

Presione la tecla **[1]** (VENTANA = 1 SEC).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODO DISPARO:  
1. DISPARO INTERNO  
2. DISPARO EXTERNO
```

Presione la tecla **[1]** (DISPARO INTERNO).

- f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODO MEDICIÓN:  
1. ABRIR    2. CIERRE  
3. A-C     4. C-A  
5. A-C-A
```

Presione la tecla **[4]** (C-A).

g. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SEGUNDO DISP C-A
1. CANAL 1 CERRADO
2. FIJAR RETARDO
3. SIN RETARDO
```

1. *CANAL #1 CERRADO*

Presione la tecla **[1]** si quiere que la operación de apertura sea iniciada luego que se cierre el contacto del canal #1. **Continué por el paso h.**

2. *Fijar RETARDO*

Presione la tecla **[2]** para fijar un retardo entre el comando de CIERRE y el de APERTURA. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
C-A RETARDO EN MS:
      (10 - 500)
      MSEC
"ENTER" P CONTINUAR
```

Ingrese el retardo utilizando el teclado y luego presione la tecla [ENTER]. **Continué por el paso h.**

3. *Sin RETARDO*

Presione la tecla **[3]** para iniciar los comandos de CIERRE y APERTURA simultáneamente. **Continué por el paso g.**



- h. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PRES "ARM" HASTA
COMPLETAR ENSAYO

"START" P INICIAR
"STOP" P CANCELAR
```

Presione y mantenga el pulsador **[ARM]**, y luego presione la tecla **[START]**. Continúe presionando el pulsador **[ARM]**.

- i. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ENSAYO EN PREGRESO
PRES "ARM" HASTA
COMPLETAR ENSAYO
(HASTA 25 SEGUNDOS)
```

Continúe presionando el pulsador **[ARM]** hasta completar el ensayo. Una vez que se complete el ensayo, retornará al menú inicial.

### 3.3.3. Midiendo una operación APERTURA-CIERRE-APERTURA

La operación apertura-cierre-apertura requiere que el usuario ingrese dos retardos (en milisegundos) entre las operaciones del interruptor. El primer retardo es entre el primer comando de APERTURA y el CIERRE, y el segundo retardo es desde el comando de CIERRE hasta la segundo comando de APERTURA. Siga los pasos a continuación para realizar la medición de operación APERTURA-CIERRE-APERTURA:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAY CONTACTO SECO
2. ENSAY CONTACTO VIVO
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYAR CONTACTOS SECOS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
RESISTENCIA INSERCIÓN?
5. NO
6. SI
```

Presione la tecla **[1]** (*NO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

VENTANA DE MEDICION:

4. VENTANA = 1 SEC
5. VENTANA = 10 SEC
6. VENTANA = 20 SEC
  
```

Presione la tecla **[1]** (*VENTANA = 1 SEC*).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

MODO DISPARO:

1. DISPARO INTERNO
2. DISPARO EXTERNO
  
```

Presione la tecla **[1]** (*DISPARO INTERNO*).

- f. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

MODO MEDICION:

1. ABRIR      2. CIERRE
3. A-C       4. C-A
5. A-C-A
  
```

Presione la tecla **[5]** (*APERTURA-CIERRE-APERTURA*).

- g. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

A-C RETARDO EN MS:
      (10 - 350)
      MSEC

"ENTER" P CONTINUAR
  
```

Utilizando el teclado, ingrese el tiempo en milisegundos entre la operación de APERTURA y CIERRE, luego presiones **[ENTER]**.

- h. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
C-0 RETARDO EN MS:  
  
  (10 - 350)  
    MSEC  
  
"ENTER" P CONTINUAR
```

Utilizando el teclado, ingrese el tiempo en milisegundos entre la operación de CIERRE y APERTURA, luego presiones **[ENTER]**.

- i. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PRES "ARM" HASTA  
COMPLETAR ENSAYO  
  
"START" P INICIAR  
"STOP" P CANCELAR
```

Presione y mantenga el pulsador **[ARM]**, y luego presione la tecla **[START]**. Continúe presionando el pulsador **[ARM]**.

- j. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ENSAYO EN PREGRESO  
PRES "ARM" HASTA  
COMPLETAR ENSAYO  
(HASTA 25 SEGUNDOS)
```

Continúe presionando el pulsador **[ARM]** hasta completar el ensayo. Una vez que se complete el ensayo, retornará al menú inicial. En las Figuras 20 y Figura 21 se muestra un ejemplo de los resultados de ensayos A-C-A en formato tabulado y gráfico.

### 3.3.4. Realizando la medición de Tiempos de Contactos Vivos en Servicio

El modo de medición opcional “En-Servicio” (Parte N°. 9021-OT) puede utilizarse para detectar el tiempo de apertura o cierre del interruptor, la huella digital de la corriente de las bobinas de cierre y apertura, y la tensión de baterías mientras el interruptor esta en servicio. El modo “En Servicio” requiere el disparo exterior de la bobina ensayada.

Siga los pasos a continuación para realizar una medición de tiempos en servicio (a continuación se muestra el ejemplo de una APERTURA)

- a. Conecte los cables como se indica en la figura 7 y luego inicie desde el menú de inicio:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAY CONTACTO SECO
2. ENSAY CONTACTO VIVO
```

Presione la tecla **[2]** (*ENSAYAR CONTACTO VIVO*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
VENTANA DE MEDICION:
1. VENTANA = 1 SEC
2. VENTANA = 10 SEC
3. VENTANA = 20 SEC
```

Presione la tecla **[1]** (*VENTANA = 1 SEG*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODO MEDICION:  
  
1. ABRIR    2. CIERRE  
3. A-C     4. C-A
```

Presione la tecla **[1]** (*ABRIR*).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
->NO USAR CABLE DISPARO  
->SOLO DISPARO EXTERNO!  
  
"START" P INICIAR  
"STOP" P CANCELAR
```

Presione la tecla **[START]**.

- f. Se mostrará temporariamente la siguiente pantalla:

```
ENSAYOS EN PROGRESO...
```

Luego aparecerá la siguiente pantalla:

```
ESPERANDO DISSPARO...
```

El equipo se encuentra esperando el disparo externo.

- g. Una vez que se detecte el disparo externo, los resultados se almacenarán en la memoria de trabajo y retornará al menú de inicio. Utilice los pasos de la sección 3.3.5 para imprimir los resultados. En la Figura 22 y Figura 23 se muestra la impresión de resultados de ensayos "en servicio".




Figura 20. Impresión de Resultado Gráfico típico de Ensayo A-C-A

BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz			
SHOT NUMBER: 10			
DATE: 08/17/13 TIME: 14:29:55			
COMPANY: VANGUARD			
STATION: ONTARIO			
CIRCUIT: 123			
MFR:			
MODEL: CT-8000			
S/N: 81002			
OPERATOR: HAI			
TEST: OPEN-CLOSE-OPEN			
CONTACT OPEN TIME #1			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	43.70	2.62	0.10
2	42.70	2.56	2.35
3	40.40	2.42	0.10
CONTACT RECLOSE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	408.45	24.51	1.15
2	408.15	24.49	4.00
3	407.65	24.46	2.80
CONTACT OPEN TIME #2			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	442.10	26.53	0.25
2	440.90	26.45	1.35
3	437.85	26.27	0.95
CONTACT DEAD TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	
1	364.75	21.88	
2	365.45	21.93	
3	367.25	22.01	
CONTACT LIVE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	
1	33.65	2.02	
2	32.75	1.95	
3	30.20	1.81	
PEAK TO PEAK TRAVEL <in>			
T1			
7.02			
U1 NOMINAL VOLTAGE = 56 VOLTS			
U1 MINIMUM VOLTAGE = 50 VOLTS			
INITIATOR CURRENT = 5.7 AMPS			
SHOT LENGTH: 1 SECOND			
INSERTION RESISTOR: NO			
TRIGGER: INTERNAL			
D-C DELAY: 200 MS			
C-D DELAY: 200 MS			

Figura 21. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo A-C-A






Figura 22. Impresión de Resultado Gráfico típico de Ensayo “En Servicio”

BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz			
SHOT NUMBER: 2		DATE: 10/02/13	
TIME: 10:33:55		COMPANY: UIC	
STATION: LAB		CIRCUIT:	
MFR:		MODEL: CT 7000 S3	
S/N: 130018		OPERATOR: LU	
TEST: LIVE OPEN			
CT CHANNEL ANALYSIS			
CH	TIME	CYCLES	
	< 30 >		
1	22.65	1.96	
2	22.75	1.96	
3	22.45	1.95	
U1 NOMINAL VOLTAGE = 0 VOLTS			
U1 MINIMUM VOLTAGE = 0 VOLTS			
U2/U3 TRANSITION TIMES			
	U2		U3
T1:	22.70	35	N/A
T2:	22.75	35	N/A
T3:	N/A		N/A
INITIATOR CURRENT = 0.0 AMPS			

Figura 23. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo “En Servicio”

### 3.3.5. Impresión y Visualización de Resultados de Ensayos

Siga los pasos a continuación para imprimir o visualizar los resultados obtenidos luego de realizado un ensayo:

- a. Luego de realizar un ensayo, el equipo retornará al menú de inicio:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la Tecla **[2]** (*RESULTADOS*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. IMPRIMIR RESULTADOS
2. GRAFICO COMPLETO
3. GRAFICO SECCION
4. GRAFICO 0 - 200MS
```

1. *IMPRIMIR RESULTADOS*

Presione la tecla **[1]** (*IMPRIMIR RESULTADOS*) para visualizar los resultados en pantalla o imprimir los resultados en forma de tabla – SIN GRAFICOS. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SELECCIONE IMPRESORA

1. IMPRESORA TERMICA
2. MOSTRAR RESULTADOS
```

Presione la tecla **[1]** (*IMPRESORA TÉRMICA*) para imprimir los resultados en la impresora térmica incorporada. Se imprimirán los resultados y regresará al menú de inicio. En la Figura 24 se muestra una impresión típica de resultados tabulados.

Presione la tecla **[2]** (*MOSTRAR RESULTADOS*) para visualizar los resultados obtenidos en la pantalla del equipo. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

↑/↓ PARA BUSCAR
  RESULTADOS...

"STOP" P SALIR...
  
```

Presione las teclas **[▲]** y **[▼]** para desplazarse entre los resultados almacenados. Presione la tecla **[STOP]** para regresar al menú de inicio.

## 2. *GRAFICO COMPLETO*

Presione la tecla **[2]** (*GRAFICO COMPLETO*) para imprimir los resultados tabulados CON el GRAFICO COMPLETO. Luego de finalizada la impresión, retornará al menú de inicio. En la Figura 25 se muestra una impresión típica de un resultado gráfico.

## 3. *GRAFICO SECCION*

Presión la tecla **[3]** (*GRAFICO SECCION*) para imprimir los resultados tabulados junto con una sección del gráfico. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

SECCION DESDE:
  
```

Se le requiere el inicio de la sección para imprimir. El punto de inicio puede seleccionarse en pasos de 100 milisegundos ingresando el primer dígito del tiempo de inicio. Por ejemplo, para seleccionar 500ms, simplemente presione la tecla **[5]**. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

SECCION DESDE:
500MS

"ENTER" P CONFIRMAR
  
```


Presione la tecla **[ENTER]**.

Aparecerá la siguiente pantalla:

```

SECCION HASTA:
  
```

Se le requiere el final de la sección para imprimir. El punto de finalización puede seleccionarse en pasos de 100 milisegundos ingresando el primer dígito del tiempo de inicio. Por ejemplo, para seleccionar 900ms, simplemente presione la tecla **[9]**. Aparecerá la siguiente pantalla:



Presione la tecla **[ENTER]**.

La sección del gráfico seleccionada se imprimirá junto con los resultados tabulados. Luego finalizar la impresión, regresará al menú de inicio.

*GRAFICO 0 – 200MS*

Presione la tecla **[4]** (*GRAFICO 0 - 200MS*) para imprimir los resultados tabulados junto con la sección del gráfico desde 0 a 200 milisegundos. Se imprimirán los resultados y volverá al menú de inicio. En la Figura 26 se muestra un ejemplo de una impresión de la sección 0 a 200 ms.




Figura 24. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo CIERRE

Tabla 3. Descripción Elementos de un Resultado Tabulado

Número Ítem	Descripción
1	Numero de Ensayo, Fecha y Hora de realización
2	Encabezado de información del ensayo (Compañía, Estación, Circuito, etc.)
3	Tipo de ensayo realizado (APARTURA, CIERRA, A-C, C-A, A-C-A)
4	Tiempo de Contacto en milisegundos y ciclos.
5	Duración del Tiempo de Rebote del contacto.
6	Inserción del contacto.
7	Diferencia de tiempo en milisegundos entre el contacto mas lento y el mas rápido.
8	Desplazamiento de contactos en pulgadas.
9	Calculo de Velocidad de Contactos en pies por segundo.
10	Distancia de Sobre-Carrera de contactos en pulgadas.
11	Distancia de Retroceso de contactos en pulgadas.
12	Puntos tomados para el cálculo de velocidad.
13	Tensión de alimentación CC nominal y mínima (en caso de monitoreo de tensión durante el ensayo).
14	Tiempo de transición de canales de tensión V2 y V3.
15	Corriente de Inicio.
16	Duración del registro.
17	Tiempo de resistencia de Inserción, o "NO" en el caso que el interruptor no tenga resistor de inserción.
18	El modo de disparo Interno o Externo.




Figura 25. Impresión de Resultado Gráfico típico de Ensayo “CIERRE”




Figura 26. Sección de Grafico de Resultado 0ms a 200ms para Ensayo CIERRE






Figura 27. Impresión típica de Gráfico A-C-A

BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz			
SHOT NUMBER: 10 DATE: 02/17/10 TIME: 14:29:55			
COMPANY: VANGUARD STATION: ONTARIO CIRCUIT: 123 MFR: MODEL: CT-8000 S/N: 81002 OPERATOR: HAI			
TEST: OPEN-CLOSE-OPEN			
CONTACT OPEN TIME #1			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	43.70	2.62	0.10
2	42.70	2.56	2.35
3	40.40	2.42	0.10
CONTACT RECLOSE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	408.45	24.51	1.15
2	408.15	24.49	4.00
3	407.65	24.46	2.80
CONTACT OPEN TIME #2			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	442.10	26.53	0.25
2	440.90	26.45	1.35
3	437.85	26.27	0.95
CONTACT DEAD TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	
1	364.75	21.88	
2	365.45	21.93	
3	367.25	22.01	
CONTACT LIVE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	
1	33.65	2.02	
2	32.75	1.95	
3	30.20	1.81	
PEAK TO PEAK TRAVEL <in> T1 7.02			
U1 NOMINAL VOLTAGE = 56 VOLTS U1 MINIMUM VOLTAGE = 50 VOLTS INITIATOR CURRENT = 5.7 AMPS			
SHOT LENGTH: 1 SECOND INSERTION RESISTOR: NO TRIGGER: INTERNAL D-C DELAY: 200 MS C-D DELAY: 200 MS			

Figura 28. Impresión de Resultado Tabulado típico de Ensayo A-C-A




Figura 29. Interpretación Gráfica de un Ensayo de APERTURA




Figura 30. Interpretación Gráfica de un Ensayo de CIERRE




Figura 31. Interpretación Gráfica de un Ensayo de APERTURA-CIERRE y CIERRE-APERTURA

### 3.4 Trabajando con los Registros de Ensayos

#### 3.4.1. Guardando los Registros en la Memoria Interna

Siga los pasos a continuación para guardar en la memoria interna del CT-7000 S3 los resultados obtenidos después de realizar un ensayo.

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione al tecla **[1]** (*GUARDAR REGISTRO*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
GUARDAR #1
ENYO: APERTURA VIVO
FECH: 09/17/13 10:29

"ENTER" P CONTINUAR
```

Presione la tecla **[ENTER]** para guardar el ensayo.

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
REGISTRO GUARDADO
```

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

### 3.4.2. Imprimiendo el Directorio de Ensayos de la Memoria Interna

Siga los pasos a continuación para imprimir el directorio de todos los ensayos guardados en la memoria interna del CT-7000 S3:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione la tecla **[3]** (*DIRECTORIO ENSAYOS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. DIRECTORIO CORTO
2. DIRECTORIO COMPLET
```

```
"STOP" PARA SALIR
```

Presione la tecla **[1]** (*DIRECTORIO CORTO*) para imprimir el listado de los diez últimos ensayos guardados en la memoria interna. Luego de finalizar la impresión, regresará al menú de inicio.

Presione la tecla **[2]** (*DIRECTORIO COMPLET*) para imprimir el listado completo de los ensayos guardados en la memoria interna. Luego de finalizar la impresión, regresará al menú de inicio.

La Figura 32 muestra una típica impresión de Directorio.

TIMING SHOT ABBREVIATED DIRECTORY			
<b>SHOT NUMBER: 14</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 08:07:22
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: OPEN-CLOSE-OPEN
<b>SHOT NUMBER: 13</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 08:04:23
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: CLOSE - OPEN
<b>SHOT NUMBER: 12</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 08:02:56
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: OPEN - CLOSE
<b>SHOT NUMBER: 11</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 08:01:33
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: CLOSE
<b>SHOT NUMBER: 10</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 08:00:26
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: OPEN
<b>SHOT NUMBER: 9</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 07:56:14
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: CLOSE
<b>SHOT NUMBER: 8</b>			
DATE	: 09/30/13	TIME	: 07:55:01
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: OPEN
<b>SHOT NUMBER: 7</b>			
DATE	: 09/27/13	TIME	: 12:45:28
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: CLOSE
<b>SHOT NUMBER: 6</b>			
DATE	: 09/23/13	TIME	: 13:49:33
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: CLOSE
<b>SHOT NUMBER: 5</b>			
DATE	: 09/18/13	TIME	: 07:28:04
COMPANY	: UIC	MFGR	:
STATION	: LAB	MODEL	: CT 7000 S3
CIRCUIT	:	SERIAL	: 130017
OPERATOR	: LU	TEST	: OPEN-CLOSE-OPEN

Figura 32. Impresión Típica de Directorio de Ensayos

### 3.4.3. Imprimiendo el Directorio de Ensayos de la Memoria Externa USB

Siga los pasos a continuación para imprimir el directorio de los ensayos almacenados en una memoria externa USB:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB ("USB MEM"), luego comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione la tecla **[3]** (*DIRECTORIO ENSAYOS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. MEMORIA INTERNA
2. MEM EXTERNA USB
```

Presione la tecla **[2]** (*MEM EXTERNA USB*). Se imprimirá el listado de los ensayos guardados en la memoria externa USB y retornará el menú de inicio.



### 3.4.4. Recuperando un Registro de Ensayo de la Memoria Interna

Siga los pasos a continuación para recuperar un ensayo guardado en la memoria interna del CT7000-S3:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione la tecla **[2]** (*RECUPERAR REGISTRO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE NUMERO REGISTRO
PARA RECUPERAR

"ENTER" P CONTINUAR
```

Utilice el teclado para ingresar el número de registro que desea recuperar. Si no conoce el número de registro, primero imprima el listado de registros almacenados utilizando los pasos de punto 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar.

- c. Aparecerá una pantalla de confirmación con algunos detalles del ensayo seleccionados:

```
RECUPERAR ENYO #1
ENYO: APERTURA VIVO
FECH: 09/17/13  10:29

"ENTER" P CONTINUAR
```

Presione la tecla **[ENTER]** para continuar.

d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
REG RECUPERADO
IMPRIMIR REGISTRO?

1. SI
2. NO
```

1. *SI*

Presione la tecla **[1]** (*SI*) si desea imprimir el ensayo recuperado. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. IMPRIMIR RESULTADOS
2. GRAFICO COMPLETO
3. GRAFICO SECCION
4. GRAFICO 0 - 200MS
```

Vea la sección 3.3.5, paso b, para mayor información sobre las opciones de impresión.

2. *NO*

Presione la tecla **[2]** (*NO*) para recuperar el registro deseado a la memoria de trabajo, sin realizar la impresión. Vea la sección 3.3.5 para mayor información sobre como visualizar los resultados.

### 3.4.5. Recuperando un Registro de Ensayo de la Memoria Externa USB

Puede recuperar un registro desde una memoria externa a la memoria de trabajo siguiendo los pasos a continuación:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB (“USB MEM”), luego comience desde el menú principal:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
  
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
5. COPIAR A MEM USB
  
```

Presione la tecla **[2]** (*RECUPERAR REGISTRO*).



La opción 5 (*COPIAR A MEM USB*) solamente se mostrará cuando tenga una memoria USB conectada a la unidad

**NOTA**

- a. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. MEMORIA INTERNA
2. MEM EXTERNA USB
  
```

Presione la tecla **[2]** (*MEM EXTERNA USB*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

RECUPERAR MEM EXTERNA
      REG_
  
```

Utilice el teclado para ingresar el número de registro que desea recuperar. Si no conoce el número de registro, primero imprima el listado de registros almacenados utilizando los pasos de punto 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar.

- c. Aparecerá la siguiente pantalla mientras se recupera el registro:

```

RECUPERANDO REGISTRO...
  
```

Luego de recuperado el registro aparecerá la siguiente pantalla:

```

REG_000 RECUPERADO!
IMPRIMIR REGISTRO?
1.SI
2.NO
  
```

1. *SI*

Presione la tecla **[1]** (*SI*) si desea imprimir el ensayo recuperado. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. IMPRIMIR RESULTADOS
2. GRAFICO COMPLETO
3. GRAFICO SECCION
4. GRAFICO 0 - 200MS
  
```

Vea la sección 3.3.5, paso b, para mayor información sobre las opciones de impresión.

2. *NO*

Presione la tecla **[2]** (*NO*) para recuperar el registro deseado a la memoria de trabajo, sin realizar la impresión. Vea la sección 3.3.5 para mayor información sobre como visualizar los resultados.

### 3.4.6. Copiando los Registros a una Memoria Externa USB

Puede copiar registros guardados en la memoria interna del CT-7000 S3 a una memoria externa USB siguiendo los pasos a continuación:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB (“USB MEM”), luego comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
5. COPIAR A MEM USB
```

Presione la tecla **[5]** (*COPIAR A MEM USB*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
COPIAR REG A MEM USB

1. COPIAR UN REGISTRO
2. COPIAR TODOS REG
```

### 1. COPIAR UN REGISTRO

Presione la tecla **[1]** (*COPIAR UN REGISTRO*) para copiar un registro desde la memoria interna de la unidad al dispositivo USB. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE NRO REGISTRO A
COPIAR EN EL DISP USB

NUMERO:
```

Utilice el teclado para ingresar el número de registro que desea copiar. Si no conoce el número de registro, primero imprima el listado de registros almacenados utilizando los pasos de punto 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar.

El registro de ensayo será copiado al dispositivo USB y aparecerá la siguiente pantalla:

```
REG_001 GUARDADO EN EL
DISP USB
```

Presione cualquier tecla para volver al menú principal.

### 2. COPIAR TODO LOS REGISTROS

Presione la tecla **[2]** (*COPIAR TODOS REG*) para copiar todos los registros guardados en la memoria interna de la unidad a la memoria externa USB. Los registros de ensayo serán copiados y aparecerá la siguiente pantalla una vez que el proceso haya finalizado:

```
TODOS LOS REGISTROS
HAN SIDO TRANSFERIDOS
AL MEMORIA USB!
```

Presione cualquier tecla para volver al menú principal.

### 3.4.7. Borrando un Registro de Ensayo de la Memoria Interna

Puede borrar uno o todos los registros almacenados en la memoria de interna siguiendo los pasos a continuación:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
5. COPIAR A MEM USB
```

Presione la tecla **[4]** (*BORRAR REGISTRO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. BORRAR UN REGISTRO
2. BORRAR TODOS REG
```

1. *BORRAR UN REGISTRO*

Presione la tecla **[1]** (*BORRAR UN REGISTRO*) para borrar un registro del dispositivo USB. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE NUM REG
PARA BORRAR
```

Utilice el teclado para ingresar el número de registro que desea borrar. Si no conoce el número de registro, primero imprima el listado de registros almacenados utilizando los pasos de punto 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar.

Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación:

```
BORRAR REG #1
ENTO: ABRIR
FECH: 09/17/13 10:29

"ENTER" P CONFIRMAR
```

Presione **[ENTER]** para borrar el registro seleccionado.

Si no desea borrar el registro, presiones la tecla **[STOP]** y volverá al menú de inicio.

Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación luego de finalizar el borrado.

```
REGISTROS BORRADOS
```

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

## 2. BORRAR TODOS REG

Presione la tecla **[2]** (*BORRAR TODOS REG*) para borrar todos los registros de ensayos de la memoria interna del CT-7000 S3. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SE BORRARAN TODOS
LOS ENSAYOS !!!


"ENTER" P CONTINUAR
```

Presione **[ENTER]** para borrar todos los registros.

Si no desea borrar todos los registros, presiones la tecla **[STOP]** y volverá al menú de inicio.


La siguiente pantalla se mostrará mientras se borran los registros de la memoria.





BORRARND0...  
POR FAVOR ESPERE...

Una vez que todos los ensayos han sido borrados, aparecerá la siguiente pantalla de confirmación:



REGISTROS BORRADOS  
PRESIONES CUALQUIER  
TECLA PARA CONTINUAR

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

### 3.4.8. Borrando un Registro de Ensayo de la Memoria Externa USB

Puede borrar uno o todos los registros guardados en una memoria externa USB siguiendo los pasos a continuación:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB ("USB MEM"), luego comience desde el menú principal:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
  
```

Presione la tecla **[3]** (*GUARDAR/RECUPERAR*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. GUARDAR REGISTRO
2. RECUPERAR REGISTRO
3. DIRECTORIO ENSAYOS
4. BORRAR REGISTRO
5. COPIAR A MEM USB
  
```

Presione la tecla **[4]** (*BORRAR REGISTRO*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. BORRAR MEM INTERNA
2. BORRAR MEN EXT USB
  
```

Presione la tecla **[2]** (*BORRAR MEM EXT USB*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

          BORRAR REGISTRO

1. BORRAR UN REGISTRO
2. BORRAR TODOS REG

"STOP" PARA SALIR
  
```

1. *BORRAR UN REGISTRO*

Presione la tecla **[1]** (*BORRAR UN REGISTRO*) para borrar un registro del dispositivo USB. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
BORRAR DE USB
REG_
```

Utilice el teclado para ingresar el número de registro que desea borrar. Si no conoce el número de registro, primero imprima el listado de registros almacenados utilizando los pasos de punto 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar. El registro seleccionado será borrado y Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación:

```
MEM USB EXT REG_000
BORRADO!
```

Presione cualquier tecla para continuar. Aparecerá nuevamente la pantalla del paso "d" permitiéndole borrar otro registro. Presione la tecla **[STOP]** para volver al menú de inicio.

## 2. BORRAR TODOS LOS REGISTROS

Presione la tecla **[2]** (*BORRAR TODOS LOS REGISTROS*) para borrar todos los registros del dispositivo USB. Aparecerá la siguiente pantalla:


```
BORRAR TODOS LOS REG
DEL DISP USB!

ESTA SEGURO??

"ENTER" PARA CONTINUAR
```

Si desea cancelar la operación, presiones la tecla **[STOP]**. No se borrara ningún registro de la memoria USB y volverá al menú de inicio.

Presione la tecla **[ENTER]** para continuar con el proceso de borrado. Luego de finalizar con la operación, aparecerá la siguiente pantalla:



TODOS LOS REGISTROS  
HAN SIDO BORRADOS!

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

### 3.5 Trabajando con Planes de Ensayo

El CT-7000 S3 se entrega con el Software de Análisis de Interruptores de Vanguard (VCBA S2) que se puede utilizar para crear planes de ensayo de cada interruptor. Luego, los planes de ensayo pueden transferirse al equipo de medición. El CT-7000 S3 puede almacenarse en memoria interna del equipo hasta 99 planes de ensayos de diferentes interruptores.

Un plan de ensayo contiene los parámetros de máximos y mínimos de un interruptor y puede utilizarse para probar rápidamente un interruptor. Una lista típica de parámetros de funcionamiento en un plan de ensayo incluye:

- Máximo/Mínimo tiempo de APERTURA de Contacto y Resistencia
- Máximo/Mínimo tiempo de CIERRE de Contacto y Resistencia
- Máxima Discrepancia de Contactos
- Máxima Discrepancia de Resistencias
- Máximo/Mínimo Tiempo de CIERRE-APERTURA de Contactos
- Máximo/Mínimo Tiempo de APERTURA-CIERRE de Contactos
- Máximo/Mínimo Tiempo de CIERRE-APERTURA de Resistencias
- Máximo/Mínimo Tiempo de APERTURA-CIERRE de Resistencias
- Máximo/Mínimo Desplazamiento de Contactos
- Máximo/Mínimo Velocidad de Apertura
- Máximo/Mínimo Velocidad de Cierre
- Máximo/Mínimo Sobrecarrera
- Máximo/Mínimo Retroceso
- Puntos de Análisis para el cálculo de Velocidad de Apertura
- Puntos de Análisis para el cálculo de Velocidad de Cierre

Si se realizar un ensayo utilizando un Plan de Ensayos, el reporte de medición mostrará una indicación de PASA o FALLA para cada parámetro ensayado, comparando los valores cargados en el Plan de Ensayo contra los valores Medidos.

#### 3.5.1. Recuperando un Plan de ensayos para su uso.

Siga los pasos a continuación para recuperar un plan de ensayo para utilizarlo en una medición:

- a. Comience desde el menú principal:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO

```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRA
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[4]** (*PLANES DE ENSAYO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. CARGAR PLAN ENSAYO
2. IMPRIMIR PLAN ENSAYO
3. IMPRIMIR DIRECTORIO
4. BORRAR PLAN DE ENSAYO
5. GUARDAR PLAN DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[1]** (*CARGAR PLAN DE ENSAYO*).

- e. Aparecerá en pantalla el primer plan de ensayo guardado en la memoria interna del equipo.

```
PLAN ESYO # 01
BZO-145-20-7
SIEMENS
PLAN DE ENSAYO DEMO 1
```

Utilizando las teclas **[▲]** o **[▼]** puede cambiar entre los distintos planes de ensayo almacenados en la unidad. Presione la tecla **[ENTER]** cuando encuentre el plan de ensayo que desea utilizar. El plan de ensayo se cargará en la memoria de trabajo y retornará al menú de inicio. El plan de ensayos cargado se utilizará en todos los ensayos siguientes. En la Figura 33 se muestra una impresión típica de un resultado de ensayos con las Indicaciones de PASA / FALLA



Si no hubiera planes de ensayo almacenados en la memoria EPROM del CT-7000 S3's aparecerá la siguiente pantalla:

NOTA

```
NO SE ENCUENTRAN PLANES
DE ENSAYO

"ENTER" P CONTINUAR
```

Presione la tecla **[ENTER]** para volver al menú de inicio.

BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz						
SHOT NUMBER: 0006						
DATE: 09/01/03 TIME: 13:17:17						
COMPANY: VANGUARD INSTRUMENT						
STATION:						
CIRCUIT:						
MFR: ITE						
MODEL: 14 4K						
S/N:						
OPERATOR:						
TEST: OPEN						
CONTACT TIME						
CH	TIME	CYCLE	P/F	BOUNCE	WIPE	
	<ms>			<ms>	<in>	
1	034.20	02.05	PASS	000.20	00.72	
2	034.40	02.06	PASS	000.10	00.73	
3	031.10	01.87	PASS	000.20	00.52	
DELTA TIME <ms>: 003.30 PASS						
TRAVEL ANALYSIS T1 P/F						
STROKE	in	07.01	PASS			
SPEED	ft/s	08.53	FAIL			
OVER-TRAVEL	in	00.02	PASS			
BOUNCE BACK	in	00.05	PASS			
SPEED ANALYSIS:						
POINT 1 = 01.00 in						
POINT 2 = 05.00 in						
V1 NOMINAL VOLTAGE = 47 VOLTS						
V1 MINIMUM VOLTAGE = 47 VOLTS						
INITIATOR CURRENT = 05.7 AMPS						
SHOT LENGTH: 1 SECOND						
INSERTION RESISTOR: NO						
TRIGGER: INTERNAL						

Indicación De Pasa -Falla

Figura 33. Impresión típica de resultado de ensayos con Indicaciones de PASA-FALLA

### 3.5.2. Imprimiendo el Directorio de Planes de Ensayos de la Memoria Interna.

Siga los pasos a continuación para imprimir el listado completo de todos los Planes de Ensayos guardados en la memoria interna EEPROM del CT-7000 S3.

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRA
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[4]** (*PLANES DE ENSAYO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. CARGAR PLAN ENSAYO
2. IMPRIMIR PLAN ENSAYO
3. IMPRIMIR DIRECTORIO
4. BORRAR PLAN DE ENSAYO
5. GUARDAR PLAN DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[3]** (*IMPRIMIR DIRECTORIO*).



Se imprimirá el directorio completo de planes de ensayo almacenados en la memoria interna del equipo y retornará al menú de inicio

La Figura 34. Muestra un ejemplo de un directorio de planes de ensayos

TEST PLAN DIRECTORY	
TEST PLAN #:	1
BRKR TYPE:	SPS2 121
BRKR MFR:	Siemens
COMMENTS:	
TEST PLAN #:	2
BRKR TYPE:	121/145PMCBM Hydr au
BRKR MFR:	ABB121/145pm
COMMENTS:	
TEST PLAN #:	3
BRKR TYPE:	CGH-50
BRKR MFR:	McGRAW-EDISON
COMMENTS:	

Figura 34. Impresión típica del Directorio de Planes de Ensayo

### 3.5.3. Imprimiendo el Directorio de Planes de Ensayo de la Memoria Externa USB

Siga los pasos a continuación para imprimir el directorio de todos los planes de ensayos almacenados en una memoria externa USB:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB ("USB MEM"), luego comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS   10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRA
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[4]** (*PLANES DE ENSAYO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. CARGAR PLAN ENSAYO
2. IMPRIMIR PLAN ENSY
3. IMPRIMIR DIRECTORIO
4. BORRAR PLAN ENSAYO
5. GUARDAR PLAN ENSAYO
6. COPIAR A MEM USB
```

Presione la tecla **[3]** (*IMPRIMIR DIRECTORIO*)

- a. Aparecerá la siguiente pantalla:



Presione la tecla **[2]** (*DIR MEM EXT USB*). Se imprimirá el directorio de ensayos almacenados en la memoria externa USB en la impresora térmica incorporada y luego retornará al menú de inicio.

### 3.5.4. Imprimiendo un Plan de Ensayos de la Memoria Interna

Siga los pasos a continuación para imprimir un plan de ensayos almacenado en la memoria interna del CT-7000 S3:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRA
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```


Presione la tecla **[4]** (*PLANES DE ENSAYO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. CARGAR PLAN ENSAYO
2. IMPRIMIR PLAN ENSAYO
3. IMPRIMIR DIRECTORIO
4. BORRAR PLAN DE ENSAYO
5. GUARDAR PLAN DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[2]** (*IMPRIMIR PLAN ENSAYO*)

- a. Aparecerá en pantalla el primer plan de ensayo guardado en la memoria interna del equipo.

A screenshot of a test plan printout, enclosed in a black rectangular border. The text is displayed in a monospaced font on a light green background. The text reads: PLAN ESYO # 01, BZ0-145-20-7, SIEMENS, and DEMO TEST PLAN 1.

```
PLAN ESYO # 01
BZ0-145-20-7
SIEMENS
DEMO TEST PLAN 1
```

Utilizando las teclas **[▲]** o **[▼]** puede cambiar entre los distintos planes de ensayo almacenados en la unidad. Presione la tecla **[ENTER]** cuando encuentre el plan de ensayo que desea imprimir. El plan de ensayo se imprimirá en la impresora térmica incorporada y retornará al menú de inicio. En la Figura 35 se muestra una impresión típica de un Plan de Ensayos.

### 3.5.5. Imprimiendo un Plan de Ensayos de la Memoria Externa USB

Siga los pasos a continuación para imprimir un Plan de Ensayos almacenado en una memoria externa USB:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB (“USB MEM”), luego comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*)

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRA
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```


Presione la tecla **[4]** (*PLANES DE ENSAYO*).

- a. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. CARGAR PLAN ENSAYO
2. IMPRIMIR PLAN ENSY
3. IMPRIMIR DIRECTORIO
4. BORRAR PLAN ENSAYO
5. GUARDAR PLAN ENSAYO
```

Presione la tecla **[2]** (*IMPRIMIR PLAN ENSAYO*).


- b. Aparecerá la siguiente pantalla:



```
1. IMPRIMIR PE INTERNO
2. IMPRIMIR PE MEM USB
```

Presione la tecla **[2]** (*IMPRIMIR PE MEM USB*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:



```
IMPRIMIR PE MEM EXT
PLAN_
```

Utilice el teclado para ingresar el número de PLAN DE ENSAYO que desea imprimir. Si no conoce el número de Plan de Ensayo, primero imprima el directorio de planes almacenados utilizando los pasos de la sección 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar. Se imprimirá el Plan de Ensayos en la Impresora térmica incorporada y retornará al menú de inicio:

### 3.5.6. Copiando los Planes de Ensayo a una Memoria Externa USB

Puede copiar planes de ensayo guardados en la memoria interna del CT-7000 S3 a una memoria externa USB siguiendo los pasos a continuación:

- a. Asegúrese que tiene la memoria externa conectada en el Puerto USB (“USB MEM”), luego comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[4]** (*AJUSTES*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. PUNTOS DE ANALISIS
2. UNIDAD DE MEDICION
3. DESCRIPCION ENSAYO
4. NUMERO DE CANALES
5. ANCHO DE PULSO
6. PAGINA SIGUIENTE
```

Presione la tecla **[1]** (*PUNTOS DE ANALISIS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. TIEMPO DE APERTURA
2. TIEMPO DE CIERRA
3. AJUSTE IMPRESION
4. PLANES DE ENSAYO
```

Presione la tecla **[4]** (*PLANES DE ENSAYO*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. CARGAR PLAN ENSAYO
2. IMPRIMIR PLAN ENSY
3. IMPRIMIR DIRECTORIO
4. BORRAR PLAN ENSAYO
5. GUARDAR PLAN ENSAYO
6. COPIAR A MEM USB
```



Presione la tecla **[6]** (*COPIAR A MEM USB*).

- d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE NUMERO PE
P COPIAR A MEM EXT USB
PE NUMERO:
```

Utilice el teclado para ingresar el número de PLAN DE ENSAYO que desea copiar. Si no conoce el número de Plan de Ensayo, primero imprima el directorio de planes almacenados utilizando los pasos de la sección 3.4.2. Presione la tecla **[ENTER]** para continuar. Se copiará el Plan de Ensayos en la memoria externa y aparecerá la siguiente pantalla:


```
PE 1      GRABADO EN USB
COMO      PLAN_001
```

Presione cualquier tecla para volver al menú de inicio.

TEST PLAN NUMBER 1					
MFR:	SPS2 121				
TYPE:	Siemens				
COMMENT:					
CONTACT TIME PARAMETERS					
		OPEN	CLOSE		
MAX <ms>		026.0	063.0		
MIN <ms>		020.0	047.0		
DELTA LIM <ms>		004.0	004.0		
C-O, O-C PARAMS: LIVE DEAD					
MAX <ms>		040.0	200.0		
MIN <ms>		020.0	150.0		
RESISTOR ON-TIME PARAMETERS					
		OPEN	CLOSE		
MAX <ms>		000.0	000.0		
MIN <ms>		000.0	000.0		
DELTA LIM <ms>		000.0	000.0		
C-O, O-C PARAMS: LIVE DEAD					
MAX <ms>		000.0	000.0		
MIN <ms>		000.0	000.0		
TRAVEL PARAMETERS					
	STRK	VEL	O-TUL	BNC-BK	
	mm	M/S	mm	mm	
OPEN HI	085.1	04.90	003.0	003.0	
OPEN LOW	074.9	04.20	000.0	000.0	
CLOSE HI	085.1	04.50	004.1	004.1	
CLOSE LD	074.9	03.50	000.0	000.0	
VEL = Cx(DIST<AP1 - AP2>/STROKE)					
C = 12.00 M/S					
OPEN SPEED ANALYSIS POINTS:					
POINT 1 = CONTACT					
POINT 2 = CONTACT PLUS 010.0 ms					
CLOSE SPEED ANALYSIS POINTS:					
POINT 1 = CONTACT					
POINT 2 = CONTACT MINUS 010.0 ms					

Fórmula de  
Cálculo de  
Velocidad

Figura 35. Impresión Típica de un Plan de Ensayo de interruptor



Example of Close Operation Record

Calculation For Contact Closing Velocity

$$V = 12.0a/b \text{ meters/second}$$

Calculation For Overtravel/rebound


$$S = 120.0c/b \text{ millimeters}$$

Note: a,b and c may be measured in any consistent units

Contact Stroke = 120 mm  
Transducer Stroke = 80 mm

Fórmula de Cálculo de Velocidad

Figura 36. Ilustración de Tiempo de CIERRE – Int Siemens SPS2 121



Example of Opening Operation Record

Calculation For Contact Opening Velocity

$$V = 12.0a/b \text{ meter/second}$$

Note: a,b and may be measured in any consistant units

Contact Stroke = 120mm  
Transducer Stroke = 80 mm

**Figura 37. Ilustración de Tiempo de APERTURA – Int Siemens SPS2 121**

## 4.0 DIAGNOSTICOS, VERIFICACIONES Y RESOL DE PROBLEMAS

### 4.1 Realizando un Ensayo de Cierre Lento

El CT-7000 S3 ofrece una característica única llamada ensayo de “Cierre-Lento”. Este ensayo puede medir la distancia recorrida por el contacto desde la posición de completamente abierto a la posición de contacto y la inserción o penetración del contacto. El ensayo requiere que el operador mueva manualmente el contacto desde la posición completamente abierto a la posición completamente cerrado.

En esta operación se utilizan los canales de contactos 1,2 y 3 y el canal de transductor 1. El CT-7000 S3 mide la distancia de contacto y de inserción de cada canal. La distancia de contacto es la distancia medida desde la posición totalmente abierto a la primera posición donde los contactos están eléctricamente cerrados. La inserción o penetración de contactos es la distancia medida desde la posición de primer contacto eléctricamente cerrado hasta el final del cierre en posición de reposo.

Para realizar el ensayo de Cierre-Lento:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la Tecla **[5]** (*DIAGNOSTICO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAYO CIERRE LENTO
2. VERIFICAR PINZAS
3. TRANSDUCTOR MOV
4. IMPRIMIR DATOS
5. FILTRO ENCODER
6. FILTRO CONTACTOS
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYO CIERRE LENTO*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ENSYO CIERRE LENTO
RETIRAR TIERRA

"ENTER" P INICIAR
```

Presione la tecla **[ENTER]** para iniciar el ensayo.

d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
CONTACTO1: ABIERTO
CONTACTO2: ABIERTO
CONTACTO3: ABIERTO

REALICE CIERRE LENTO
```

Inicie el cierre manual y al finalizar presione la tecla **[ENTER]**. Se imprimirán los resultados y regresará al menú de inicio. La Figura 38 muestra una impresión típica del resultado obtenido.

BREAKER TIMING RESULTS - 50 Hz		
SHOT NUMBER: 0006		
DATE: 12/28/00 TIME: 07:41:30		
COMPANY:		
STATION:		
CIRCUIT:		
MFR:		
MODEL:		
S/N:		
OPERATOR:		
TEST: SLOW CLOSE		
	CT TOUCH	CT WIPE
CH 1	08.23 in	00.86 in
CH 2	08.41 in	00.68 in
CH 3	08.40 in	00.69 in

Figura 38. Impresión típica de Resultados de Ensayo de CIERRE LENTO



**NOTA**

El desplazamiento total de los contactos es la suma de las distancias de contacto e inserción.

## 4.2 Realizando una Verificación del Transductor de Movimiento

Puede verificarse el funcionamiento de la electrónica del transductor conectándolo al CT-7000 S3 y realizando una “Prueba de diagnóstico del Transductor”:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[5]** (*DIAGNOSTICO*).

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAYO CIERRE LENTO
2. VERIFICAR PINZAS
3. TRANSDUCTOR MOV
4. IMPRIMIR DATOS
5. FILTRO ENCODER
6. FILTRO CONTACTOS
```

Press the **[3]** key (*TRANSDUCTOR MOV*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
PRUEBA TRANSDUCTOR:
T1= 0.00 IN / 000.0°
T2= 0.00 IN / 000.0°
T3= 0.00 IN / 000.0°
R1= 0.00 IN
R2= 0.00 IN
R3= 0.00 IN
```



T1 - T3 se refiere a transductores digitales  
R1 - R3 se refiere a transductores de tipo resistivo.

**NOTA**

Mueva el cursor del transductor y observe la pantalla.

- c. Los valores en pantalla se actualizan con cada nueva posición del transductor:

```
TRANSDUCER TEST:  
T1= 5.00 IN / 360.0°  
T2= 0.00 IN / 000.0°  
T3= 0.00 IN / 000.0°  
R1= 0.00 IN  
R2= 0.00 IN  
R3= 0.00 IN
```

Si el transductor se movió 5 pulgadas, la pantalla debería indicar 5.00 IN. Continúe moviendo el transductor y verifique que los valores sean correctos. Presione la tecla **[STOP]** para finalizar la prueba y volver al menú de inicio.



### 4.3 Verificación de Estado de los Cable de Conexión

Puede verificarse el estado de los cables de conexión principal a los contactos del interruptor siguiendo los pasos a continuación:

- a. Comience desde el menú principal:

```

1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO

```

Presione la tecla **[5]** (*DIAGNOSTICO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

1. ENSAYO CIERRE LENTO
2. VERIFICAR PINZAS
3. TRANSDUCTOR MOV
4. IMPRIMIR DATOS
5. FILTRO ENCODER
6. FILTRO CONTACTOS

```

Press the **[2]** key (*VERIFICAS PINZAS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```

VERIFICAR INTERRUPTOR
EN POSICION CERRADO

LUEGO PRESIONE
"START"

```

Verifique que el interruptor se encuentra en posición CERRADO y luego presione la tecla **[START]**...

- d. La pantalla mostrará el estado de cada contacto:

```

  1   2   3
  C   -   -

"START" P REPETIR
"STOP" P SALIR

```

También se imprimirá en la impresora térmica incorporada un reporte del estado de cada contacto.

Un contacto Cerrado se muestra como "C", mientras que un contacto Abierto se mostrará como " - " tanto en la pantalla como en la impresión.

Presione la tecla **[START]** para repetir la prueba de cables, o presione **[STOP]** para finalizar el ensayo y volver al menú principal.

#### 4.4 Imprimiendo Información Ensayos sin Procesar (diagnóstico de fábrica).

Puede imprimirse la información cruda recogida por el CT-7000 S3 en formato hexadecimal utilizando el comando "IMPRIMIR DATOS". Esta utilidad está destinada principalmente para el diagnóstico del equipo en fábrica.

El CT-7000 S3 recoge 20.000 datos en una ventana de medición de un segundo. Por lo tanto, los datos de muestra son cada 0.05 ms. Viendo la posición de tiempo y el valor del dato, puede verificarse la actividad vs. tiempo en el registro realizado.

Siga los pasos a continuación para imprimir los datos de medición en memoria:

- a. Comience desde el menú principal:

```
1. ENSAYAR      09/12/13
2. RESULTADOS  10:10:10
3. GUARDAR/RECUPERAR
4. AJUSTES
5. DIAGNOSTICO
```

Presione la tecla **[5]** (*DIAGNOSTICO*).

- b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
1. ENSAYO CIERRE LENTO
2. VERIFICAR PINZAS
3. TRANSDUCTOR MOV
4. IMPRIMIR DATOS
5. FILTRO ENCODER
6. FILTRO CONTACTOS
```


Presione la tecla **[4]** (*IMPRIMIR DATOS*).

- c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
DIRECCION INICIAL?
```

Ingrese la dirección inicial ingresando un número del 0 al 9. Al presionar **[0]** iniciará la impresión de los datos desde la dirección 0, o desde el inicio. Al presionar **[1]** iniciará la impresión de los datos desde la dirección 0.10000 segundos.


d. Aparecerá la siguiente pantalla:



Presione la tecla **[1]** para imprimir todos los datos. Se imprimirán los datos y regresará al menú de inicio.

Presione la tecla **[2]** para imprimir los datos cada 5 puntos. Se imprimirán los datos y regresará al menú de inicio.

En la Figura 39 se muestra una impresión parcial de datos.


 ¡Debido al gran número de datos, aún seleccionando la opción “cada 5 puntos” SE PRODUCIRÁ UNA IMPRESIÓN MUY EXTENSA!!

**CUIDADO!**

TIME	1	2	3	4	5	6	U1	U2	U3	I	EXI	CT	CT	CT	TRU1	TRU2	TRU3
S												1	2	3			
.00000	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	80	7F	01	00	00	8000	8000
.00025	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	90	80	01	00	00	8000	8000
.00050	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	7F	7F	01	00	00	8000	8000
.00075	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	7F	7F	01	00	00	8000	8000
.00100	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	7E	80	01	00	00	8000	8000
.00125	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	7C	7F	01	00	00	8000	8000
.00150	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	7A	80	01	00	00	8000	8000
.00175	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	78	7F	01	00	00	8000	8000
.00200	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	76	7F	01	00	00	8000	8000
.00225	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	73	7F	01	00	00	8000	8000
.00250	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	71	80	01	00	00	8000	8000
.00275	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	6E	7F	01	00	00	8000	8000
.00300	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	6C	80	01	00	00	8000	8000
.00325	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	6A	7F	01	00	00	8000	8000
.00350	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	68	80	01	00	00	8000	8000
.00375	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	67	7F	01	00	00	8000	8000
.00400	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	66	7F	01	00	00	8000	8000
.00425	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	65	7F	01	00	00	8000	8000
.00450	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.00475	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	63	7F	01	00	00	8000	8000
.00500	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	63	7F	01	00	00	8000	8000
.00525	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	62	7F	01	00	00	8000	8000
.00550	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	62	7F	01	00	00	8000	8000
.00575	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	61	7F	01	00	00	8000	8000
.00600	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	61	7F	01	00	00	8000	8000
.00625	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	61	7F	01	00	00	8000	8000
.00650	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	61	7F	01	00	00	8000	8000
.00675	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.00700	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.00725	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.00750	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00775	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00800	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00825	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00850	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00875	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00900	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00925	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5F	7F	01	00	00	8000	8000
.00950	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.00975	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.01000	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.01025	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	61	7F	01	00	00	8000	8000
.01050	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	61	7F	01	00	00	8000	8000
.01075	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	62	7F	01	00	00	8000	8000
.01100	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	62	7F	01	00	00	8000	8000
.01125	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	63	7F	01	00	00	8000	8000
.01150	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	63	7F	01	00	00	8000	8000
.01175	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01200	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01225	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01250	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01275	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01300	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01325	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01350	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	63	7F	01	00	00	8000	8000
.01375	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	63	7F	01	00	00	8000	8000
.01400	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	62	7F	01	00	00	8000	8000
.01425	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	64	7F	01	00	00	8000	8000
.01450	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	60	7F	01	00	00	8000	8000
.01475	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5E	7F	01	00	00	8000	8000
.01500	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5D	7F	01	00	00	8000	8000
.01525	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5C	7F	01	00	00	8000	8000
.01550	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5A	7F	01	00	00	8000	8000
.01575	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	5A	7F	01	00	00	8000	8000

Figura 39. Impresión parcial de Datos Crudos

## 4.5 GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	Posible causa y sugerencia de Solución
<p><b>El CT-7000 S3 no opera apertura ni cierre del interruptor.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de mantener apretado el botón “ARM” durante el ensayo</li> <li>• Verifique los fusibles de Cierre y Apertura</li> <li>• Verifique los cables de disparo. Para un circuito de Disparo “Positivo”, un terminal de cierre y uno de apertura deben estar conectados al positivo de la fuente.</li> <li>• Verifique los cables de disparo. Para un circuito de Disparo “Negativo”, un terminal de cierre y uno de apertura deben estar conectados al negativo de la fuente.</li> </ul>
<p><b>Mensaje en pantalla:</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No fue detectado el voltaje de disparo por el CT-7000 S3.</li> <li>• Verifique la entrada de de disparo externo del CT-7000 S3.</li> <li>• Asegúrese que la señal de disparo esté presente cuando el CT-7000 S3 muestre en pantalla “ESPERANDO DISPARO”</li> </ul>
<p><b>Perdida de un canal de medición o de transductor en el reporte o en el gráfico.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El canal de medición o el transductor no fue activado. Vea la sección 3.2.8 para instrucciones sobre como activar los canales de medición y transductores.</li> </ul>
<p><b>No mide tiempo de contactos (0 ms) en APERTURA o CIERRE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que el interruptor esta puesto a tierra solo en un lado.</li> <li>• Asegúrese que el interruptor opera en Apertura o Cierre solamente, una operación dual de Apertura – Cierre o Cierre-Apertura resultará en una lectura de 0 ms</li> <li>• Puede estar dañado el canal de contactos o los cables de prueba. Pruebe verificar los cables de prueba. Vea la sección 4.3 para más detalles.</li> </ul>
<p><b>No mide tiempo de contactos (0 ms) en ensayo de CIERRE – APERTURA.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que el interruptor completa la transición de ABIERTO (posición inicial) a CERRADO, y luego ABIERTO nuevamente. Vea la transición en el reporte gráfico.</li> <li>• Asegúrese que el contacto permanezca CERRADO por lo menos 10ms. El CT-7000 S3 tiene un tiempo de anti rebote de 10ms, por lo que cambios de estado menores a 10ms son inválidos.</li> <li>• Pruebe realizar la prueba utilizando la opción “Contacto de Canal #1”</li> </ul>
<p><b>Al seleccionar una Apertura-Cierre, el interruptor abre, pero no cierra.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probablemente el tiempo entre apertura y cierre sea muy corto. Aumente el tiempo de retardo.</li> </ul>

---

**No hay datos o se obtiene una lectura errónea del transductor de movimiento.**

- Puede tener problemas en el transductor de movimiento. Realice una "Prueba de Transductor". Vea la sección 4.3 para más detalles.
- El cursor del transductor no está bien sujeto el mecanismo de movimiento.
- El transductor no esta bien sujeto

**No registra actividad en el canal de entrada de Voltaje "V2" o "V3"**


- Los canales de voltaje "V2" y "V3" requieren un cambio de tensión mayor a 30V para mostrar actividad en el gráfico.

**Como cambio al modo de impresión automático??**


- Vea la sección 3.2.3.
-

## 5.0 APENDICE

### 5.1 APENDICE A – Reporte de Ensayo de Interruptor ITE Modelo 14.4K



TYPICAL NO LOAD TRAVEL CURVES FOR OPENING AND CLOSING OPERATIONS AT RATED CONTROL VOLTAGE



TYPICAL NO LOAD TRAVEL CURVES FOR RECLOSE AND TRIP-FREE OPERATIONS AT RATED CONTROL VOLTAGE

### Reporte Gráfico de Ensayo de Interruptor ITE Modelo 14.4K




Gráfico de Ensayo CIERRE-APERTURA de Interruptor ITE Modelo 14.4K



BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz			
SHOT NUMBER: 0007			
DATE: 09/01/03		TIME: 13:18:42	
COMPANY: VANGUARD INSTRUMENT			
STATION:			
CIRCUIT:			
MFR:			
MODEL:			
S/N:			
OPERATOR:			
TEST: CLOSE - OPEN			
CONTACT CLOSE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	172.00	10.32	002.50
2	170.70	10.24	000.30
3	170.60	10.24	000.00
CONTACT OPEN TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	185.00	11.10	013.40
2	196.70	11.80	000.10
3	000.00	00.00	196.20
CONTACT LIVE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	
1	013.00	00.78	
2	026.00	01.56	
3	000.00	00.00	
PEAK TO PEAK TRAVEL <in>			
T1			
07.44			
CH1 TOUCH DISTANCE <in>			
06.49			
V1 NOMINAL VOLTAGE = 48 VOLTS			
V1 MINIMUM VOLTAGE = 45 VOLTS			
INITIATOR CURRENT = 05.6 AMPS			
SHOT LENGTH: 1 SECOND			
INSERTION RESISTOR: NO			
TRIGGER: INTERNAL			
DELAY: CLOSE CH #1			

Reporte Tabulado de Ensayo CIERRE-APERTURA Interruptor ITE Modelo 14.4K





Gráfico de Ensayo APERTURA-CIERRE de Interruptor ITE Modelo 14.4K

BREAKER TIMING RESULTS - 60 Hz			
SHOT NUMBER: 0008			
DATE: 09/01/03		TIME: 13:20:37	
COMPANY: VANGUARD INSTRUMENT			
STATION:			
CIRCUIT:			
MFR:			
MODEL:			
S/N:			
OPERATOR:			
TEST: OPEN - CLOSE			
CONTACT OPEN TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	034.30	02.06	001.00
2	034.20	02.05	000.20
3	030.60	01.84	000.70
CONTACT RECLOSE TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	BOUNCE <ms>
1	291.10	17.47	023.50
2	292.30	17.54	015.60
3	292.80	17.57	025.80
CONTACT DEAD TIME			
CH	TIME <ms>	CYCLES	
1	256.80	15.41	
2	258.10	15.49	
3	262.20	15.73	
PEAK TO PEAK TRAVEL <in>			
T1			
07.21			
V1 NOMINAL VOLTAGE = 48 VOLTS			
V1 MINIMUM VOLTAGE = 47 VOLTS			
INITIATOR CURRENT = 05.7 AMPS			
SHOT LENGTH:		1 SECOND	
INSERTION RESISTOR:		NO	
TRIGGER:		INTERNAL	
DELAY:		100 ms	

Reporte Tabulado de Ensayo APERTURA-CIERRE Interruptor ITE Modelo 14.4K

5.2 APENDICE B – Cálculo de Velocidad de CIERRE Interruptor Siemens TCP



Example of Close Operation Record

Calculation For Contact Closing Velocity

$$V = 12.0a/b \text{ meters/second}$$


Calculation For Overtravel/rebound

$$S = 120.0c/b \text{ millimeters}$$

Note: a,b and c may be measured in any consistent units

**Contact Stroke** = 120 mm  
**Transducer Stroke** = 80 mm

5.3 APENDICE C – Cálculo de Velocidad APERTURA Interruptor Siemens SPS2



Example of Opening Operation Record

Calculation For Contact Opening Velocity  
 $V = 12.0a/b$  meter/second

Note: a,b and may be measured in any consistant units

**Contact Stroke = 120mm**  
**Transducer Stroke = 80 mm**

5.4 APENDICE D – Plan de Ensayos CT-7000 S3 para Int Siemens SPS2

TEST PLAN NUMBER 1				
MFR:	SPS2 121			
TYPE:	Siemens			
COMMENT:				
CONTACT TIME PARAMETERS				
	OPEN	CLOSE		
MAX <ms>	026.0	063.0		
MIN <ms>	020.0	047.0		
DELTA LIM <ms>	004.0	004.0		
C-O, O-C PARAMS: LIVE DEAD				
MAX <ms>	040.0	200.0		
MIN <ms>	020.0	150.0		
RESISTOR ON-TIME PARAMETERS				
	OPEN	CLOSE		
MAX <ms>	000.0	000.0		
MIN <ms>	000.0	000.0		
DELTA LIM <ms>	000.0	000.0		
C-O, O-C PARAMS: LIVE DEAD				
MAX <ms>	000.0	000.0		
MIN <ms>	000.0	000.0		
TRAVEL PARAMETERS				
	STRK	VEL	O-TUL	BNC-BK
	mm	M/S	mm	mm
OPEN HI	085.1	04.90	003.0	003.0
OPEN LOW	074.9	04.20	000.0	000.0
CLOSE HI	085.1	04.50	004.1	004.1
CLOSE LD	074.9	03.50	000.0	000.0
VEL = Cx(DIST<AP1 - AP2>/STROKE)				
C = 12.00 M/S				
OPEN SPEED ANALYSIS POINTS:				
POINT 1 = CONTACT				
POINT 2 = CONTACT PLUS 010.0 ms				
CLOSE SPEED ANALYSIS POINTS:				
POINT 1 = CONTACT				
POINT 2 = CONTACT MINUS 010.0 ms				



5.5 APENDICE E – Ilustraciones de Transductores de movimiento CT-7000 S3



Transductor Lineal montado en un OCB



Transductor Rotacional en un interruptor Alstom HE 1014



**Transductor Rotacional en un ABB HMB Mech**



**Transductor Rotacional en un interruptor Federal Pacific**





Transductor Resistivo en Interruptor en Vacío

**5.6 APENDICE F – Accesorios para CT-7000 S3**



**SONDAS PARA MEDICION EN-LINEA**

Parte N° 9021-OT



**SONDA PARA MEDICION CON DOBLE TIERRA**

**(3 pinzas)**

Parte N° 9021-DG



**TRANSDUCTOR LINEAL**

10" Parte N° 9087-UC  
25" Parte N° 9088-UC



**TRANSDUCTOR ROTACIONAL CON BASE MAGNETICA**

Parte N° 9091-UC



**TRANSDUCTOR ROTACIONAL**

Parte N° 9090-UC



**TRANSDUCTOR RESISTIVO**

Parte N° 9093-UC



Transductor de mecanismo **ABB AHMA-8**

Parte N° 9085-UC



### ADAPTADOR PARA TRANSDUCTOR DOBLE

Parte N° 9084-UC

El adaptador para transductores Doble puede utilizarse como interfaz entre cualquier transductor Doble y un analizador de interruptores Vanguard.



Conectado a un transductor rotacional Doble



**Vanguard Instruments  
Company, Inc.**

**1520 S. Hellman Ave • Ontario, CA 91761 • USA**

**Teléfono: 909-923-9390 • Fax: 909-923-9391**

**[www.vanguard-instruments.com](http://www.vanguard-instruments.com)**

**Copyright © 2014 by Vanguard Instruments Company, Inc.**

**CT-7000 S3 Manual del Usuario • Revisión 1.1 • Junio 2, 2014 • TA**